

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 3377/2023

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 4: Centrifugy pro Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P23V00000144**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2023-013508**“

Předmět veřejné zakázky: DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY:

!!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!!

.....

Dodávka centrifug pro Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. včetně příslušenství. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců.

Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:

Sídlo:

IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Irrelevantní

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Unimed Praha, s.r.o.	Ve Stromkách 41 25250 Vestec	14891344	919 560,74 Kč bez DPH
2.	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.	Vídeňská 1398/124 14800 Praha	25065939	811 356 Kč bez DPH
3.	BioTech a.s.	Služeb 3056/4 10800 Praha 10	25664018	894 000 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
-------	-------	-----

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Žádný účastník nebyl vyloučen.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Veřejná zakázka byla rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ „v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv“.

Komise, pověřená zadavatelem, posoudila vysvětlení účastníka na dotazované parametry. Po zhodnocení vyjádření účastníka na funkci „optimalizovaná spotřeba energie“ v tom smyslu, že pojem „optimalizovaná spotřeba energie“ není u centrifug známý technickým pojmem, komise došla k závěru, že se skutečně jedná o neurčitý požadavek v technické specifikaci, u kterého splnění v podstatě nelze posoudit, a to ani uvedením jakýchkoliv veličin nebo parametrů daného přístroje. Komise se také domnívá, že neurčitost požadavku zadavatele v technické specifikaci má potenciál ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by se mohli do této veřejné zakázky přihlásit. V tomto stádiu veřejné zakázky však již tuto neurčitost požadavku zadavatele v technické specifikaci nelze zhojit, proto zadavatel na základě doporučení komise tuto veřejnou zakázku ruší, a po úpravě technické specifikace vyhlásí veřejnou zakázku opětovně.

V Ústí nad Labem dne 06.10.2023