

Název veřejné zakázky: **REACT – EU 98 - Soubor endoskopického vybavení pro gastroenterologii Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Litoměřice, o.z. II.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3668/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č.1:

Zadavatel v technické specifikaci u oplachové pumpy požaduje: „Spínání oplachu z endoskopu i pomocí ovládacího pedálu“.

Ovládání oplachové pumpy dochází vždy pouze prostřednictvím ovládacího pedálu. Ovládání prostřednictvím tlačítka na endoskopu není využíváno, v některých případech v průběhu výkonu i nebezpečné a vzhledem k obsazenosti tlačítek jinými požadovanými funkcemi ani není možné. Domníváme se, že došlo k administrativní chybě a spínání oplachu z endoskopu nemá být požadováno, neboť většina výrobců oplachových pump od této funkce z důvodu bezpečnosti odstoupilo.

Bude zadavatel akceptovat oplachovou pumpu bez možnosti ovládání spínačem na endoskopu?


Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na svém požadavku v technické specifikaci.

V Ústí nad Labem dne:

09-10-2023

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627


MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel