

Zařízení pro podporu spontánního porodu

Popis:

Transportovatelná konstrukce s příslušenstvím pro podporu samovolného porodu umožňující rodičkám nejružnější relaxační samopoložování a cviky v průběhu doby předporodní.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks..... Zařízení pro podporu spontánního porodu (Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Teplice)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Zařízení pro podporu spontánního porodu

- Systém pro relaxaci rodičky v čase mezi porodními kontrakcemi přímo na porodním pokoji napomáhající k uvolnění pánevního a břišního svalstva
- Stabilní sedací konstrukce se sedadlem a opěradlem, podlahovou deskou a se závěsnou hrazdou
- Konstrukce s pojezdovými kolečky pro snadný přesun
- Nosnost konstrukce minimálně 130 kg
- Se sedadlem pro partnera rodičky
- S podlahovou podložkou u konstrukce
- Podložky pod nohy
- Textilní závěsný popruh k hrazdě – 2 kusy
- Dílce polstrované zdravotnickou koženkou
- Porodní balón malý s pevnou základnou a potahem
- Porodní balón velký s pevnou základnou a potahem
- Porodní stolička s podložkou