

Název veřejné zakázky: **REACT – EU 98 - Soubor endoskopického vybavení pro gastroenterologii Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Rumburk, o.z. II.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3623/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č.1:

Zadavatel v technické specifikaci u oplachové pumpy požaduje: „Spínání oplachu z endoskopu i pomocí ovládacího pedálu“.

Ovládání oplachových pump v intestinální endoskopii se provádí pedálem. To je zavedený a bezpečný standard. Ovládání pumpy z endoskopu je pro bezpečnost zákroku rizikový faktor, který nepřináší žádné výhody, a proto ostatní výrobci ani takovou možnost nenabízejí. Možnost ovládání z endoskopu je pouze okrajovou, nepoužívanou a nevýznamnou vlastností jednoho konkrétního výrobku.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje i účastníkem nabízené řešení.

Dotaz č.2:

Zadavatel u dvoukanálového gastroskopu požaduje: hloubku ostrosti 2 – 100 a angulaci nahoru dolů 210/90. Bude zadavatel akceptovat námi nabízené rozšíření: hloubku ostrosti 4- 100(což je rozdíl 2%) a angulaci nahoru dolů 180/90 (reálně nabízíme 180/120)


Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje i účastníkem nabízené řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

16-10-2023

02  
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel



