

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 – Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - část 3: Centrifugy pro Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3691/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Parametry uvedené v zadávací dokumentaci jsou mírně odlišné od naší nabídky skladových centrifug. Jiné než skladové nelze nabízet vzhledem k požadovanému termínu dodání. Nabízíme dvě varianty: Požadujete 18.000 RPM a 30.000 RCF, max objem 4 x 200 ml, 88 programů. My můžeme nabídnout: Varianta A 18.000 RPM a 31.500 RCF, max. objem 6 x 50 ml, 9 programů
Varianta B 16.000 RPM a 24.900 RCF, max. objem 4 x 200 ml, 9 programů
Je některá z variant pro vás akceptovatelná?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace. U chlazené centrifugy je potřeba maximální relativní centrifugační síla centrifugy (RCF) alespoň 30 000x g. Tato síla je potřebná k ultracentrifugaci biologického materiálu. Současně je potřeba, aby bylo možné dosáhnout maximálního objemu 4x 200 ml pro centrifugaci většího množství vzorků při potřebné teplotě. Vzhledem k variabilitě chlazené centrifugy, je žádoucí také vyšší počet programů.

V Ústí nad Labem dne:

18-10-2023


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti