

Název veřejné zakázky: **Operační stůl pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3608/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci mobilního operačního stolu požaduje elektrické polohování nožního segmentu.

Uchazeč disponuje operačním stolem s elektrickým ovládáním všech požadovaných částí kromě nožního segmentu. Vzhledem k tomu, že se jedná o operační stůl pro ORL operace, elektrické polohování nožního segmentu nebude využíváno. Bude tedy zadavatel akceptovat elektrické ovládání všech požadovaných částí kromě nožního segmentu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel připouští nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci mobilního operačního stolu požaduje nosnost operačního stolu minimálně 250kg.

Pro vyloučení všech pochybností, uchazeč žádá zadavatele o objasnění tohoto parametru, zda se jedná o hodnotu bezpečného pracovního zatížení stolu (tj. o maximální váhu pacienta včetně příslušenství) ve všech jeho polohách?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, jedná se o bezpečné pracovní zatížení stolu (tj. o maximální váhu pacienta včetně příslušenství) ve všech jeho polohách. Zadavatel trvá na splnění parametru technické specifikace.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci mobilního operačního stolu požaduje:

- 4 dvojité pojezdové kola o průměru minimálně 8 cm

Uchazeč disponuje řešením se širokými pojezdovými kolečky o velikosti 5cm. Toto řešení zabezpečuje plnou mobilitu stolu a snižuje prostorové nároky na základnu stolu. Bude zadavatel akceptovat uchazečovo řešení, které plně vyhovuje požadovanému klinickému účelu mobilního operačního stolu?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel připouští nabízené řešení.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v technické specifikaci mobilního operačního stolu požaduje:

- Stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu minimálně 690-1050 mm

Uchazeč disponuje výškově nastavitelným stolem v rozsahu 540-1030mm. Bude zadavatel akceptovat nabízené výškové nastavení, které je pro ORL operativu vhodnější a plně vyhovuje klinickým požadavkům?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel připouští nabízené řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

18-10-2013

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel