



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Chirurgické vrtačky pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk - část 2 - Modulární AKU chirurgické vrtačky**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3611/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci - Vrtačka malá, požaduje nástavec:
- 1 ks Nástavec rychloupínací AO pro vrtání i frézování

Uchazeč disponuje samostatným nástavcem rychloupínacím AO pro vrtání a samostatným nástavcem rychloupínacím AO pro frézování. Z naší zkušenosti rovněž víme, že v praxi nástavec pro frézování u malých kostí není příliš využíván. Uchazeč se tedy ptá, bude-li zadavatel akceptovat dodání dvou samostatných nástavců zvlášť pro frézování a zvlášť pro vrtání, nebo bude-li zadavateli stačit dodání pouze nástavce rychloupínacího AO pro vrtání?

Odpověď na dotaz č. 1:

Nabízené řešení vyhovuje našemu požadavku, neboť zadavatel nezakazuje nabídnutí samostatných nástavců pro vrtání a frézování.

Dotaz č. 2:


Zadavatel v technické specifikaci - Vrtačka velká, požaduje nástavec:
- 1 ks Nástavec rychloupínací AO pro vrtání i frézování

Uchazeč disponuje samostatným nástavcem rychloupínacím AO pro vrtání a samostatným nástavcem AO pro frézování. Uchazeč se tedy ptá, bude-li zadavatel akceptovat dodání dvou samostatných nástavců zvlášť pro frézování a zvlášť pro vrtání?

Odpověď na dotaz č. 2:

Nabízené řešení vyhovuje našemu požadavku, neboť zadavatel nezakazuje nabídnutí samostatných nástavců pro vrtání a frézování.

V Ústí nad Labem dne: 31.10.2023



MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel