

Přístroj na podporu hojení ran

Přístroj na podporu hojení ran bude sloužit na Chirurgickém oddělení detašovaného pracoviště Rumburk, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajské zdravotní, a. s. Přístroj bude sloužit pro hojení ran u většiny onemocnění končetin cévního, diabetického, neurocirkulačního, poúrazového a degenerativního původu.

1.1 Obecné požadavky:

- 1 ks přístroje pro podtlakovou terapii s příslušenstvím pro podporu hojení ran
- Všechny požadované přístroje musí být certifikovány jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů
- Všechny zdravotnické přístroje a jeho části musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

1.2 Minimální technické požadavky:

- Přístroj pro terapii využívající podtlak k léčbě ran
- Možnost nastavení úrovně podtlaku
- Režimy terapie: minimálně kontinuální a přerušovaný
- Rozsah podtlaku minimálně 50-200 mmHg
- Možnost používání pěnového krytí rány
- Absorpční vícevrstvé krytí, které se přizpůsobí konturám těla i na problematických místech (např. kolena)
- Funkce alarmu:
 - o nízký podtlak
 - o ucpaný/plný zásobník
 - o stav baterie
 - o ztišení alarmu
- Hmotnost přístroje s příslušenstvím maximálně 3,5 kg
- Napájení 230V/50Hz z elektrické sítě a možnost provozu na baterie minimálně 2 hodiny

1.3 Požadované příslušenství:

- Zásobník na odsátý biologický materiál minimálně 500 ml **1 ks**
- Základní sada krytí pro všechny typy ran **1 sada**
- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

1.4 Vázaný spotřební materiál

- Minimálně 8 různých velikostí krytí