

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Vybavení PCR laboratoře pro oddělení klinické mikrobiologie - Nemocnice Most, o.z. - část 4 - Real-time PCR cycler**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: VZMR
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3698/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V Technické specifikaci pro Real-time PCR cycler požadujete parametr "IVDR certifikace". Náš cykler je běžně používaný v diagnostice a je velmi často validovaný s IVD kity, bohužel nenese IVDR certifikaci. Je možné se veřejné zakázky účastnit s Real-time PCR cyclerem, který nemá IVDR certifikaci? Děkujeme za vyjádření.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel připouští i nabízené řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

26-10-2023

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel