

Upgrade stávajících ventilátorů

Popis:

Rozšíření SW a s tím spojený HW stávajících ventilátorů na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks Upgrade ventilátoru

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Softwarový upgrade ventilátoru

- Softwarové rozšíření stávajícího ventilátoru Hamilton C6 (výrobce Hamilton Medical AG)
- Je požadováno rozšíření o adaptivní ventilační režim pro dospělé a pediatrické pacienty s i bez spontánního dechu
- Adaptivní ventilační režim spočívá v nastavení základních údajů o pacientovi, ventilačních parametrů a požadovaného okysličení pacienta, které chcete u pacienta dosáhnout, a ventilátor provede kroky k tomu, aby zadaných hodnot dosáhl
- SW musí obsahovat i automatický odvykací režim
- Součástí dodávky musí být i potřebné příslušenství:
 - Čidlo SpO₂, CO₂
 - Modul SpO₂ a CO₂