

Název veřejné zakázky: **Operační stůl pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3608/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

Zadavatel v návrhu smlouvy požaduje dodání zboží do 60 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.
Bude zadavatel akceptovat změnu termínu dodání na 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel připouští změnu termínu dodání do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Dotaz č. 2:


Zadavatel v technické specifikaci požaduje k operačnímu mobilnímu stolu dodání ORL rámu dle ilustračního obrázku.
Může zadavatel blíže specifikovat technické parametry – velikost, průměr atd. - na ORL rám?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel doplňuje parametry stávajícího rámu tj. šířka 55 cm (na šíři operačního stolu), stavitelná výška až 89 cm, průměr tyče 8 mm viz přiložená fotodokumentace. Zadavatel požaduje rám v obdobné podobě tj.:

- Kulatá tyč s průměrem, který bude vyhovující pro zavěšení stávajících rozvěračů dutiny ústní, které bylo možné vidět na prohlídce místa plnění.
- Šířka rámu odpovídající šíři operačního stolu s upevněním na eurolišty po obou stranách operačního stolu.

Rám musí být výškově (v rozpětí od výšky operační desky do 80 cm nad operační deskou) i úhlově (180° nad operační deskou) stavitelný.



V Ústí nad Labem dne: 02-11-2013

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel