

Bipolární hysteroresektoskop

Popis: Resektoskopický nástrojový komplet k provádění resekcí v gynekologii.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks Bipolární hysteroresektoskop (Nemocnice Most, Gynekologicko-porodnické oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Bipolární hysteroresektoskop

- Rotační hysteroresektoskop s kontinuálním proplachem
- Určený pro resekci v solném roztoku
- Vnější plášť o průměru maximálně 8 mm
- Vnitřní plášť o průměru maximálně 7,5 mm s jedním kohoutem
- Bipolární pracovní element – možnost volby zavřené/otevřené rukojeti
- Rychloupínací systém pro snadné složení a rozložení nástroje
- Dva kabely pro připojení ke stávající elektrokoagulaci Bowa ARC 400
- Obturátor
- Optika:
 - Průměr 4 mm
 - Úhel pohledu 30°
 - Autoklávovatelná do 134 °C
- Světlovodný kabel délky minimálně 2,5 m, připojitelný do světelných zdrojů Olympus, Wolf, Storz
- Sterilizační kontejner či kontejnery včetně sít pro optiku a hysteroresektoskop
- Možnost připojení minimálně těchto elektrod:
 - Řezací elektroda tvaru U kličky
 - Elektroda tvaru válce či elipsoidu
 - Elektroda - incizní jehla (bodová elektroda)
- Spotřební materiál pro každý resektoskop v počtu minimálně:
 - 5 ks Řezací elektroda tvaru U kličky
 - 1 ks Elektroda tvaru válce či elipsoidu