

Název veřejné zakázky: **Elektrický rehabilitační chodník pro Protetické oddělení  
Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad  
Labem, o. z. II**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3706/2023**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci je požadovaný parametr:

- plynule nastavitelná variabilní rychlost 0 – min. 25 km/h

Dotaz zní, zda bude zadavatel akceptovat plynule nastavitelnou rychlost rehabilitačního chodníku 0 – 22 km/h?


### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští nabízené řešení elektrického rehabilitačního chodníku i s rozsahem rychlosti 0 – 22 km/h.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

07-11-2023



MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel