

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 3557/2023

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„REACT-EU 98 – Dekontaminační a sterilizační kontejnery včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk II.“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P23V00000324**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to 60 kusů sterilizačních kontejnerů a 10 ks dekontaminačních kontejnerů pro pracoviště zadavatele v Rumburku, spolu s odpovídajícím příslušenstvím.

Cena sjednaná ve smlouvě: 1 898 329,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy

Označení smlouva: dodavatele, s nímž byla uzavřena

Název: Fénix Brno, spol. s r.o.
Sídlo: Vackova 1803/79
61200 Brno
IČO: 44961863

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií. Dodavatel s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byl ze zadávacího řízení vyloučen.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení řízení: účastníků zadávacího

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Fénix Brno, spol. s r.o.	Vackova 1803/79 61200 Brno	44961863	1 898 329,00 Kč bez DPH
2.	B. Braun Medical s.r.o.	V Parku 2335/20 14800 Praha 4	48586285	1 954 357,95 Kč bez DPH
3.	RADIX CZ s.r.o.	Čáslavská 231 28401 Kutná Hora	26774321	1 549 416,00 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
RADIX CZ s.r.o.	Čáslavská 231 28401 Kutná Hora	26774321

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Účastník na výzvu o objasnění a doplnění nabídky analogicky dle § 46 odst. 1 ZZVZ nedoložil

- doklad prokazujícího shodu nabízeného výrobku v českém jazyce dle zadávací dokumentace

- prokázání splnění následujících bodů v technické specifikaci:

a) Shoda s platnou normou ČSN EN ISO 11607 (část 2), v platném znění s možností nabídnutí rovnocenného řešení,

b) Kontejnery vhodné pro mytí v mycím automatu s termickou dezinfekcí 93°C,

c) Možnost použití protokolových štítků libovolného výrobce.

- nový seznam minimálně dvou významných dodávek se stejným předmětem plnění veřejné zakázky, kterými jsou dekontaminační a sterilizační kontejnery, realizovaných v posledních třech letech před zahájením zadávacího řízení, v požadovaném minimálním rozsahu plnění ve výši 247 934 Kč bez DPH za každou jednotlivou dodávku.

Účastník v odpovědi na opětovnou žádost o objasnění nabídky uvedl, že vycházel z CPV kódu pro prokazování referencí a podle požadavků zadavatele jiné reference nemá.

Na základě výše uvedeného byly naplněny důvody pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Z důvodu ucelené povahy předmětu plnění nebylo účelné rozdělit veřejnou zakázku na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 08.11.2023