

Hlubokomrazicí boxy

Popis:

Hlubokomrazicí boxy pro Oddělení klinických laboratoří Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o. z.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks Hlubokomrazicího boxu

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Hlubokomrazicí box pro uchovávání transfuzních přípravků a kostních štěpů
- Pultové provedení
- Beznámrazová technologie
- Teplota minimálně v rozsahu – 50 °C až – 80 °C
- Objem minimálně 330 litrů
- Hlubokomrazicí boxy se budou umisťovat do místnosti s dveřmi širokými 100 cm, tj. musí být možné hlubokomrazicí boxy při instalaci pronést bez poškození dveřmi o šířce 100 cm
- Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem boxu
- Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu (doložit validací)
- Musí umožnit budoucí připojení na centrální monitorovací systém – v zařízení musí být průchodka pro budoucí zavedení externího čidla ke sledování teploty
- Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno vypnutí alarmů
- Přihrádka pro uchovávání drobných předmětů, například kontrolních vzorků a reagensů
- Nerezové držáky/koše pro uchovávání transfuzních přípravků a kostních štěpů
- Provoz 230V/50Hz
- S displejem – ukazatel aktuální teploty
- Prvotní validace v místě instalace součástí nabídky