

Kolenní a kyčelní motodlaha

Programovatelné motodlahy pro Detašované pracoviště Rumburk Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajské zdravotní, a. s. a Protetické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Přístroje budou sloužit pro zefektivnění pooperační péče a pro odlehčení personální zátěže na oddělení.

1.1 Obecné požadavky:

- Přístroj vhodný pro ambulantní a lůžkový provoz
- 4 ks motodlahy s příslušenstvím
- Motodlaha musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů
- Polstrování snadno omyvatelné a dezinfikovatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Minimální technické požadavky:

- Dálkové ovládání
- Flexibilní nastavení úhlu podle potřeby pacienta
 - o Flexe/extenze kolene minimálně od -10° do 120°
 - o Flexe/extenze kyčle minimálně od 10° do 70°
 - o Flexe/extenze kotníku minimálně od -40° do 25°
- Vlastní integrované terapeutické protokoly s možností vytvořením vlastních
- Možnost nastavení doby cvičení, rozsahu pohybu, intenzity cvičení, prodlevy v krajních polohách dle aktuálního stavu pacienta
- Rychlost minimálně $140^{\circ}/\text{min}$
- Nastavení polohy bez potřeby nástrojů (aretační systém se zarážkami/popruhy)
- Bez potřeby přestavby pro pravou a levou nohu
- Pacientské rozměry
 - o Délka holenní kosti v rozmezí 25-55 cm
 - o Délka stehenní kosti 35-50 cm
- Protiskluzový materiál
- Maximální nosnost motodlahy alespoň 130 kg
- Minimální jmenovité zatížení alespoň 20 kg
- Hmotnost přístroje do 20 kg
- Standartní napájení ze sítě 230 V/50 Hz

1.2 Požadované příslušenství:

- 1 ks nastavitelný a otočný stolek ke každé motodlaze
- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití