

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 – Bipolární hysteroresektoskop pro
gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. –
Nemocnice Most, o.z.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3716/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace požaduje „Vnitřní plášť o průměru maximálně 7,5 mm s jedním kohoutem“.

Účastník nabízí vnitřní plášť bez kohoutů v kombinaci vnějším pláštěm s dvěma kohouty, při zachování Zadavatelem stanovených dalších parametrů, což plně splňuje Zadavatelem požadovaný medicínský účel hysteroresektoskopu.

Bude Zadavatel akceptovat vnitřní plášť bez kohoutů v kombinaci vnějším pláštěm s dvěma kohouty?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští i nabízené řešení bipolárního hysteroresektoskopu.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 13.11.2023

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel