

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 – Bipolární mini hysteroresektoskop pro gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3717/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: „Vnější plášť o průměru maximálně 7mm a Insert s pracovním kanálem 7 Fr. pro využití jako hysteroskop“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku resektoskopu s vnějším pláštěm o menším průměru 6,2mm (18,5 Fr.) a s insertem s pracovním kanálem 5 Fr. pro využití jako hysteroskop? Při použití semirigidních 5Fr. nástrojů je efekt stejný jako u 7Fr. nástrojů a tím je zachován původně zamýšlený medicínský účel.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje resektoskop s pracovním kanálem 5 Fr.. Průměr vnějšího pláště 6,2 mm vyhovuje požadavkům zadavatele.

Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: „Vnitřní plášť o průměru maximálně 6,5mm s jedním kohoutem“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku resektoskopu s vnitřním pláštěm o menším průměru 5,8mm bez kohoutu, kdy je plně zachován princip kontinuálního proplachu a tím i zamýšlený medicínský účel?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje nabízení řešení při zachování kontinuálního proplachu.

Dotaz č. 3

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: „Bipolární pracovní element – možnost volby zavřené/otevřené rukojeti“.

Námi nabízené resektoskopy renomovaného německého výrobce nabízí pouze variantu zavřené rukojeti pracovního elementu. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?


Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel nadále netrvá na požadavku možnosti volby zavřené/otevřené rukojeti.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

14 - 11 - 2013



MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel