

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 – Bipolární hysteroresektoskop pro gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o.z.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PŠČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3716/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: „Vnější plášť o průměru maximálně 8mm“.
Bude zadavatel akceptovat nabídku resektoskopu s vnějším pláštěm o průměru 26Fr. (8,6mm), což je běžný rozměr operačních resektoskopů standardně používaných u pacientek s anestezií?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na požadavku z důvodu potřeby resektoskopů menších rozměrů, které nemá k dispozici.

Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: „Vnitřní plášť o průměru maximálně 7,5mm s jedním kohoutem“.
Bude zadavatel akceptovat nabídku resektoskopu s vnitřním pláštěm o průměru 24Fr. (8mm) bez kohoutu, kdy je plně zachován princip kontinuálního proplachu a tím i zamýšlený medicínský účel?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje nabízené řešení při zachování kontinuálního proplachu.

Dotaz č. 3

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: „Bipolární pracovní element – možnost volby zavřené/otevřené rukojeti“.
Námi nabízené resektoskopy renomovaného německého výrobce nabízí pouze variantu zavřené rukojeti pracovního elementu. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?


Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel nadále netrvá na požadavku možnosti volby zavřené/otevřené rukojeti.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 15-11-2013

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627


MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel