

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 – Bipolární hysteroresektoskop pro gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3716/2023**

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

#### Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Vnitřní plášť o průměru maximálně 7,5 mm s jedním kohoutem

Uchazeč disponuje bipolárním rotačním hysteroresektoskopem s kontinuálním proplachem velikosti 26Fr., kde výrobce neudává průměr vnitřního pláště a oba kohouty jsou umístěny na vnějším plášti. Toto řešení plně vyhovuje klinickým požadavkům na rotační bipolární resektoskop s kontinuálním proplachem. Bude zadavatel akceptovat uchazečem nabídnuté obdobné technické řešení?

#### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští pouze vnitřní plášť bez udání jeho rozměru s vnějším pláštěm se dvěma kohouty při zachování kontinuálního proplachu a všech ostatních parametrů.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodluhuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne:

15.11.2023

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Matý, MBA  
generální ředitel