

Parní sterilizátor

Popis:

Pořízení 1 ks parního sterilizátoru pro Masarykovu nemocnici v ÚL, o.z. Pracoviště Rumburk, o.z. Jedná se o pořízení nového přístrojového vybavení. Sterilizátory se používají ke sterilizaci všech nástrojů, materiálů, gum a plastů.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks Parní sterilizátor pro pracoviště Rumburk

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Parní sterilizátor

- Jednodveřový stolní parní sterilizátor
- Pro sterilizaci balených i nebalených nástrojů, pevného dutého a porézního materiálu ve zdravotnických zařízeních
- Splňující vyhlášku MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění
- Splnění normy ČSN EN 285 a ČSN EN 17665-1 v platném znění s možností nabídnutí rovnocenného řešení
- Validovaný dle výše uvedených norem
- Objem komory minimálně 22 l
- Hloubka komory min. 45 cm
- Integrovaný elektrický vyvíječ páry
- Připojení na neupravený vodovodní řád – nutnost dodání úpravní vody na požadovanou kvalitu v rámci této dodávky – pevné připojení na přívod vody a na odpad – součástí dodávky musí být i reverzní osmóza vč. propojení nebo iontoměničová úpravna vody
- Veškeré testovací programy – Vakuový test, Bowie – Dick test, Helix test
- Celonerezové provedení sterilizační komory
- Vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů
- Plně automatické validovatelné sterilizační programy při 121 °C a 134 °C s dokonalým sušením
- Dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení, dokumentaci pracovních cyklů
- Zavzdušnění sterilizační komory přes antibakteriální filtr
- Nastavení speciálních programů s parametry dle specifikace zákazníka.
- Součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro sledování a dokumentaci sterilizačních procesů a tisk protokolů
- Součástí menu jsou informace o fázi sterilizačního cyklu a současně i případných chybových hláškách

- Ovládací menu a uživatelské prostředí je v českém jazyce
- Externí tiskárna pro zápis sterilizačního cyklu
- USB nebo síťový port
- Napájení 230 V, 50/60 Hz
- Součástí dodávky je veškeré příslušenství, včetně vázaného příslušenství na daný typ sterilizátoru, nutné pro uvedení přístroje do provozu
- Zajištění pravidelných bezpečnostně technických kontrol, revizí a validací, které jsou dle doporučení výrobce a jsou v souladu se zákony č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, 268/2014Sb(IVD) a 22/1997Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, 268/2014Sb (IVD) a 22/1997Sb. (ostatní přístroje)
- Životnost přístroje min. 10 let
- Provedení výchozí validační zkoušky a PBTK
- Záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)
- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

Příslušenství pro sterilizátor:

- 1 ks vložka do sterilizační komory pro vložení sterilizačních plat a kontejnerů
- 3 ks sterilizačních plat
- 1 ks síto pro operační operativu a samostatné nástroje
- Sada testů – 250 indikátorů

Vázaný spotřební materiál:

	Předpokládaný počet kusů za rok
Filtry do úpravny vody	1 ks