

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 – Hlubokomrazicí boxy pro Oddělení klinických laboratoří Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o. z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3723/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné VZ:

Požadujete teplotu v rozmezí minimálně -50°C až -80°C.

Je možné nabídnout zařízení s nastavením teploty -60°C až -86°C?


Domníváme se, že se jedná o typický rozsah nastavení teploty u hlubokomrazicích boxů a námi nabízené řešení splní zamýšlený účel používání.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na dodržení parametrů stanovených technickou specifikací.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodluhuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne: 22-11-2023


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627 MUDr. Petr Malý, MBA
DIČ: CZ25488627 generální ředitel