

Název veřejné zakázky: **Systém pro screening diabetické retinopatie na Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3730/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v Příloze č. 2 – Technická specifikace v části „Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti“ Zadavatel mimo jiné uvádí požadavek: „Software musí být certifikován jako zdravotnický prostředek rizikové třídy IIa“

Dotaz :

Uchazeč disponuje Softwarem, certifikovaným jako zdravotnický prostředek rizikové třídy IIb, což je riziková třída vyšší a v tomto smyslu nadřazená rizikové třídě IIb. Bude Zadavatel považovat v případě dodávky zdravotnického prostředku, certifikovaného v rizikové třídě IIb tento požadavek za splněný?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští i rizikovou třídu IIb, pokud bude daná třída vyhovovat požadavkům k proplácení výkonů u zdravotních pojišťoven za tento screening (jedná se zejména o výkony s kódy 13117, 13118, 13119).

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v **Příloze č. 2 – Technická specifikace** v části „Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti“ Zadavatel mimo jiné uvádí požadavek: „Hodnocení výsledků analýzy dle klasifikace ICDR “

Dotaz :

Charakter a rozsah veřejné zakázky požadavek Zadavatele neodůvodňuje. Uchazeč disponuje řešením, které plně pokrývá požadavky zdravotních pojišťoven na proplácení výkonů screeningu diabetické retinopatie (výkonů s kódy 13117, 13118, 13119). Určený účel zdravotnického prostředku nabízeného uchazečem zcela přesně odpovídá smyslu screeningu diabetické retinopatie v ambulanci diabetologa a je certifikován tak, že může být bez omezení k tomuto účelu využíván diabetology nebo jiným proškoleným zdravotnickým personálem. Klasifikace analýz diabetické retinopatie podle klasifikace ICDR není uvedena v požadavcích na screening diabetické retinopatie ve smyslu doporučených postupů, požadavků zdravotních pojišťoven ani dobré praxe související s následnou péčí.

Dodavatel je přesvědčen, že požadavek Zadavatele na „*Hodnocení výsledků analýzy dle klasifikace ICDR*“ skrytě vede k omezení okruhu možných dodavatelů na jediného výrobce software působícího na českém trhu s touto funkcionalitou - Thirona RetCAD - a jsou tudíž ve svém důsledku v rozporu se zákonem, zejména zásadami zadávacího řízení uvedenými v § 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména zásadou přiměřenosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení

Zadavatel má přehled o situaci na trhu, což by mu mělo umožnit chápat, že tím, že upřednostní konkrétního dodavatele, jenž vyhovuje těmto specifickým podmínkám, může vytvořit nevýhodné postavení pro ostatní dodavatele, včetně těch, kteří nabízejí vyšší kvalitu produktů (např. vyšší rizikovou třídu zdravotnického prostředku). To může narušit hospodářskou soutěž.

Soudy i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opakovaně potvrdily, že pokud zadavatel nepřiměřeně neodůvodní požadavek ve vztahu k charakteru a rozsahu zakázky, porušuje tak zákon, neboť daný požadavek bezdůvodně omezuje počet potenciálních dodavatelů a způsobuje nerovné zacházení.

Během procesu zadávání veřejných zakázek je povinností zadavatele vždy postupovat tak, aby jeho kroky nevedly ke znevýhodnění potenciálních dodavatelů a neomezily jejich možnost účasti v soutěži. Hlavním cílem zadavatele je zajištění hospodárnosti a efektivního využití veřejných finančních prostředků, při zachování spravedlivé hospodářské soutěže. Účelem celého procesu zadávání je vybrat nabídku dodavatelů, kteří jsou schopni řádně a včas splnit veřejnou zakázku. Zadavatel má tedy povinnost stanovit všechny podmínky související s veřejnou zakázkou, ať už se jedná o průběh zadávání nebo provádění plnění, tak, aby tyto podmínky byly v souladu se zákonem a respektovaly jeho cíle a účely.

Odpověď na dotaz č. 2


Zadavatel **trvá** na dodržení stanoveného požadavku „*Hodnocení výsledků analýzy dle klasifikace ICDR*“.

Klasifikace ICDR je platnou klasifikací screeningu diabetické retinopatie (DR), kterou se řídí česká i světová oftalmologická a diabetologická společnost.

Podle současné legislativně platné dispenzární péče jsou oční lékaři povinni vyšetřovat pacienty postižené onemocněním diabetes mellitus (DM) jednou ročně. Screening DR prováděný diabetologem má za cíl zredukovat počty očních vyšetření pacientů postižených DM s negativním nálezem. K očnímu lékaři pak budou odesláni pouze pacienti, u kterých je to nezbytné k včasnému zahájení léčby. Současně diabetolog získá informaci o přítomnosti vyššího stupně komplikací DR, na jejímž základě bude rychleji optimalizovat léčbu DM za účelem maximální kompenzace onemocnění.

System s klasifikací snižuje využívání kapacity očních vyšetření a eliminuje zatížení plátce poskytované péče duplicitní platbou, tedy diabetolog a oční lékař.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.



V Ústí nad Labem dne: 04-12-2023

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel