

Název veřejné zakázky: **Kombinovaný přístroj pro oční diagnostiku na oční ambulanci
Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Litoměřice, o. z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3736/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dobrý den,

mám dotaz k technické specifikaci. Bude zadavatel akceptovat následující odchylky?

1. "Bezkontaktní měření nitroočního tlaku - systém APC." Náš systém nenabízí APC.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští i jiný ekvivalentní systém úpravy tlaku proudu vzduchu, jako je systém APC.

Dotaz č. 2

2. "Šířka akomodace v rozsahu minimálně od 0 do 10 D, rozlišení minimálně 0,25 D." Náš systém nenabízí měření akomodační šíře, které je v klinické praxi bezvýznamné.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel **trvá** na dodržení stanoveného požadavku, z důvodu nezbytnosti pro měření refrakčních vad a předpisu brýlové korekce na dálku **u dětí**.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

11-12-2023

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel