

Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

„Prokládací mycí a dezinfekční automat“

Dotaz č. 1

Zadavatel v zadání VZ požaduje kompletní dodání požadovaného zařízení vč. stavebních úprav na instalaci a zprovoznění.

- Prosíme o poskytnutí stavební dokumentace stávajících prostor s vyznačením místa instalace a souvisejících stavebních prací. S uvedenou dokumentací prosíme o vyznačení přípojných míst vstupních/výstupních medií potřebných k provozu přístroje a popis jejich umístění/zakončení/parametrů, která budou k dispozici dodavateli a od kterých se tedy požaduje součást dodávky. Jedná se zejména o

- přívody pitné vody
- přívod demineralizované vody
- odpad v podlaze
- elektrické připojení (3 PEN 400V, jištění C40A)
- vzduchotechnika – odtah

- S výše uvedenými informacemi prosíme o prohlídku místa instalace za účelem upřesnění uvedených bodů

Bez výše požadovaných informací není možné podat nabídku zahrnující stavební úpravy a přívody medií.

Odpověď č. 1

Zadavatel provedl úpravu v dokumentu 02_techická specifikace. Zadavatel rozhodl, že zajistí stavební připravenost vlastními silami a tím stavební úpravy nejsou požadovány ze strany dodavatele.

14 -07- 2016

V Ústí nad Labem dne


Ing. Václav Štyvar