

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Dodávka dialyzačních monitorů pro Krajskou zdravotní, a.s.“

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Technické specifikaci předmětu plnění požaduje přehlednou barevnou otočnou dotykovou obrazovku.

Dle našeho názoru jde pouze o současný „kosmetický trend“. Řada hemodialyzačních přístrojů, které mohou prokázat svou kvalitu a splňují požadované normy, nedisponuje otočnou obrazovkou. Zadávací podmínky neobjasňují, proč zadavatel požaduje právě jen toto konstrukční řešení, ačkoliv řada přístrojů jiných výrobců, byť nevybavených otočnou obrazovkou, plní svůj účel zcela plnohodnotně. Tento požadavek zadavatele podle nás nemá konkrétní opodstatnění, neboť přístroj ovládá výhradně zdravotnický personál – pacient proto nepotřebuje mít přístup k ovládacím prvkům přístroje. Krom toho je dezinfekce povrchu přístrojů s otočným monitorem složitější než dezinfekce povrchu přístrojů s monitorem umístěným v těle přístroje.

Rádi bychom se proto zadavatele dotázali, zda bude akceptovat barevnou dotykovou obrazovku napevno zasazenou do těla přístroje, jestliže lze snadno otáčet celým přístrojem?

Odpověď :

Zadavatel trvá na požadavku přehledné barevné otočné dotykové obrazovky uvedeném v technické specifikaci zadání.

Dotaz č. 2:

Použití filtru, který je součástí jednorázového substitučního setu pro HDF.

Zda by zadavatel neměl nic proti použití filtru, který je součástí jednorázového substitučního setu pro HDF. Tento filtr je poslední bránou proti endotoxinům v dráze substitučního roztoku, kdy výsledkem je ultračistý sterilní substituční roztok, což z dlouhodobého hlediska zlepšuje kvalitu HDF léčby.

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci zadání.

V Ústí nad Labem dne:

20-07-2016

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627


Ing. Petr Fiala
generální ředitel