

Kupní smlouva

Z TECHNIK s.r.o.

se sídlem: Lochotínská 275, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
IČO: 04115490
DIČ: CZ04115490
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 242801
bankovní spojení: Oberbank AG, č. účtu: 2181117281/8040
zastoupená: Ing. Miroslav Šoulák
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jako „**prodávající**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 216686400/0300
zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat@kzcr.eu
kontakt ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jako „**kupující**“)

spolu jako smluvní strany dnešního dne uzavírají tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“).

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem:
„REACT-EU 98, 99 - Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II - Část 4.“

Účelem této smlouvy je nákup níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v záruční době. Předmět smlouvy souvisí s realizací projektu:

Přístrojové vybavení nemocnice Most
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322

Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337

Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376,

Obnova a doplnění vybavení komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Účinnost od:
1.8.2021

Garant:
NRLZ

Uvolnil:
VKK

Schválil:
GR KZ

Distribuce:
Intranet

Verze:
3

Strana:
1 z 9

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660

kteřé jsou podpořeny z 98. a 99. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je věc: Ultrazvuková technika dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále i jako "přístroj" nebo "zboží").
2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Nabídka č. UZV 4 ze dne 26.11.2023, která tvoří její nedílnou součást.
3. Předmětem této smlouvy je:
 - *doprava zboží do místa plnění,*
 - *montáž zboží,*
 - *instalace zboží,*
 - *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,*
 - *provedení všech převímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,*
 - *ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,*
 - *instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností zadavatele (dle § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“), včetně vystavení protokolu o instruktáži,*
 - *předání dokladů, zejm. dle čl. III. této smlouvy,*
 - *záruční servis a pozáruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,*
 - *likvidace obalového materiálu,*
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.
5. Prodávající se touto smlouvou současně zavazuje, že v případech, kdy se nejedná o záruční nebo pozáruční servis dle této smlouvy, zajistí za obvyklou cenu opravu a náhradní díly zboží po dobu jeho životnosti, tj. po dobu 120 měsíců od předání zboží, jejíž zejména cenové podmínky budou upraveny samostatnou smlouvou.

Článek II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je **4.485.000,- Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. Ke kupní ceně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy bude připočtena DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle odst. 1. a 2. tohoto článku je cenou nepřekročitelnou a cenou konečnou zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuty i veškeré náklady na plnění podle článku I. odst. 3., s výjimkou pozáručního servisu, jehož úhrada je upravena samostatně v čl. VI. této smlouvy.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím dle této smlouvy. **Daňový doklad (faktura) musí být doručen kupujícímu nejpozději do 20.12.2023.**
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
 - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
 - den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu (faktury),
- soupis příloh,
- název projektu a registrační číslo projektu (dle místa dodání zboží):

Přístrojové vybavení nemocnice Most
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322

Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337

Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376

Obnova a doplnění vybavení komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660

6. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III. odst. 2. a 3. smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).
7. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí licence na užívání software daňový doklad (faktura) musí dále obsahovat všechny náležitosti nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM, také jejich cenu.
8. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
9. V případě, že prodávající uvede v daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet, než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře) o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře)) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplacným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího. V opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného, než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
10. Každý daňový doklad (faktura) vystavený prodávajícím je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení (nejpozději však do 20.12.2023).
11. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce do 30 kalendářních dnů od opětovného doručení (nejpozději však do 20.12.2023) náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
12. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu kupujícího na příslušný účet prodávajícího.
13. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 20. 12. 2023, dle toho, který den nastane dříve, a to vzhledem na skutečnost, že plnění z této smlouvy hodlá kupující financovat z projektu: Přístrojové vybavení nemocnice Most, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322; Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337; Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376; Obnova a doplnění vybavení komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660, které jsou podpořeny z 98. a 99. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a které končí dne 31.12.2023. **Pokud prodávající nepředá zboží nebo nedoručí bezvadný daňový doklad (fakturu) kupujícímu do 20.12.2023, uplynutím dne 20.12.2023, se smlouva bez dalšího zrušuje od počátku.** O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího **minimálně 3 pracovní dny předem**. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED]

Pověřeným zástupcem kupujícího jsou:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

nebo jiný pověřený pracovník OOKC kupujícího.

2. Za předání zboží se považuje:
- a. dodání zboží na adresu;
 - b. montáž zboží,
 - c. instalace zboží,
 - d. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
 - e. provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
 - f. instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností zadavatele (dle § 41 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích), včetně vystavení protokolu o instruktáži,
 - g. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích nebo zákona in vitro; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů,

- h. *v případě zboží, které je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazeno jako stanovené měřidlo, případně dodané zboží je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, dodání dokladů o prvotní kalibraci či metrologickém ověření,*
 - i. *likvidace obalového materiálu.*
3. Zvláštní požadavky:
- a. je-li předmětem smlouvy i dodání licencí na užívání software, prodávající uvede na daňovém dokladu (faktuře), případně na dodacím listu, k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží přesnou specifikaci SW – výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),
 - b. kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží,
 - c. protokol o předání zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není předání zboží považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. této smlouvy).

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
 - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
 - b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jejích příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).
2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, za vady zboží vzniklé porušením povinnosti prodávajícího a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
3. Záruční doba na zboží je **24** (slovy: *dvacet čtyři*) měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním zboží. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající písemně potvrdí vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.

5. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět servis zboží (dle § 44 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kupní cena podle článku II. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti se servisem zboží.
7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vytknutí vady musí být oznámeno prodávajícímu telefonicky a následně též po telefonickém nahlášení e-mailem na kontaktní údaje prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: [REDACTED]
8. V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu.
9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7. tohoto článku.
10. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke vzniku stejné vady na předmětu plnění, která již byla prodávajícím v průběhu záruční doby minimálně 2x odstraněna, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím dodání nového zboží odpovídajícího specifikaci dle této smlouvy. Od dodání nového zboží počne záruční doba běžet od počátku.
12. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje kupující. Poskytnutí delší lhůty na odstranění vady nemá vliv na povinnost prodávajícího uvedenou v odstavci 10. tohoto článku.
13. Prodávající se též zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
 - bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OOKC kupujícího.
14. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je pracovník OOKC kupujícího. Ze strany prodávajícího bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a pracovníky OOKC kupujícího.

VI.

Pozáruční servis

1. Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje poskytovat kupujícímu pozáruční servis zboží. Pozáruční servis bude poskytován po dobu **96 měsíců** ode dne uplynutí záruční doby uvedené v čl. V. této smlouvy.
2. Pozáruční servis zahrnuje:

Účinnost od:
1.8.2021

Garant:
NRLZ

Uvolnil:
VKK

Schválil:
GR KZ

Distribuce:
Intranet

Verze:
3

Strana:
6 z 9

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
- sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
- revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
- v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek dle tohoto odstavce.

Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OOKC kupujícího.

3. Za poskytování pozáručního servisu se kupující zavazuje zaplatit celkovou částku **224.000,- Kč** bez DPH, jejíž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Úplata za poskytování pozáručního servisu bude kupujícím hrazena průběžně v ročních platbách na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného vždy k prvnímu dni následujícího roku. Výše roční platby bude vždy zahrnovat úplatu za činnosti pozáručního servisu poskytnuté v předcházejícím kalendářním období. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol (příp. protokoly) o provedení pozáručního servisu podepsaný oběma smluvními stranami. Na vyúčtování pozáručního servisu se přiměřeně použijí ustanovení uvedená v čl. II. této smlouvy. Úplata za pozáruční servis zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů.
4. Kupující je oprávněn vypovědět ustanovení tohoto článku, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

VII.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedoručí k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

VIII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy dle občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

IX.

Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez DPH, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna

prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
4. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.
5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029, není-li právními předpisy stanovena delší lhůta (např. uchování účetních dokladů po dobu minimálně 10 let od ukončení zdaňovacího období).
6. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

X.

Závěrečná ustanovení


1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
4. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat tak, aby plnil své povinnosti vyplývající z vymezení zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání v rozsahu, v jakém byla vymezena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
6. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny prodávajícímu.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

8. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
9. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
10. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Nabídka č. UZV 4

Příloha č. 2 – Rozklad ceny

V Ústí nad Labem, dne dle elekt. podpisu



MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti

V Praze, dle elekt. podpisu



Ing. Miroslav Šoulák
jednatel

Nabídka č. UZV 4 ze dne 26.11.2023

Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 4.

**Ultrazvukový přístroj pro Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. –
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. – 2 ks**

Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku - **ANO, splňuje**
- Monitor s úhlopříčkou min. 21 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 - **ANO, splňuje, 21,5“, 1920 x 1080**
- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - **ANO, splňuje**
- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 50 kg, šířka přístroje do max. 55 cm - **ANO, splňuje, 50 kg, 52 cm**
- integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) - **ANO, splňuje, 10,2“**
- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) - **ANO, splňuje**
- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz - **ANO, splňuje, 1 – 18 MHz**
- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond - **ANO, splňuje, 3x**
- Požadovaná zobrazení:
 - B-mode na základních i harmonických frekvencích - **ANO, splňuje**
 - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení - **ANO, splňuje**
 - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách - **ANO, splňuje**
 - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) - **ANO, splňuje**
 - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase - **ANO, splňuje**
 - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase - **ANO, splňuje**
- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist - **ANO, splňuje**
- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–40 cm - **ANO, splňuje, 0–40 cm**
- Vlastní databáze patientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření - **ANO, splňuje**
- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice - **ANO, splňuje**
- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace - **ANO, splňuje**

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání - **ANO, splňuje**
- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze - **ANO, splňuje**
- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) - **ANO, splňuje**
- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu - **ANO, splňuje**
- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení - **ANO, splňuje**
- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce - **ANO, splňuje**
- Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární sondu s horním kmitočtem alespoň do 18 MHz - **ANO, splňuje, 7-18 MHz**
- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
- Interní SSD s kapacitou alespoň 0,5 TB - **ANO, splňuje, 500 GB**
- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení - **ANO, splňuje, 2 x USB 3.0**

Požadované ultrazvukové sondy:

- 1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz - **ANO, splňuje, 1 – 6 MHz**
- 2) Lineární sonda rozsahu min. 5-14 MHz - **ANO, splňuje, 5 – 14 MHz**

**Ultrazvukový přístroj pro Gynekologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice
Teplice, o.z. – 1 ks**

Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku - *ANO, splňuje*
- Monitor s úhlopříčkou min. 21 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 - *ANO, splňuje, 21,5“, 1920 x 1080*
- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - *ANO, splňuje*
- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 50 kg, šířka přístroje do max. 55 cm - *ANO, splňuje, 50 kg, 52 cm*
- integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) - *ANO, splňuje, 10,2“*
- vysouvateľná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajiždí do ovládacího panelu) - *ANO, splňuje*
- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz - *ANO, splňuje, 1 – 18 MHz*
- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond - *ANO, splňuje, 3x*
- Požadovaná zobrazení:
 - B-mode na základních i harmonických frekvencích - *ANO, splňuje*
 - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení - *ANO, splňuje*
 - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách - *ANO, splňuje*
 - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) - *ANO, splňuje*
 - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase - *ANO, splňuje*
 - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase - *ANO, splňuje*
- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist - *ANO, splňuje*
- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–40 cm - *ANO, splňuje, 0 – 40 cm*
- Vlastní databáze patientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření - *ANO, splňuje*
- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice - *ANO, splňuje*
- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace - *ANO, splňuje*
- Komplexní programové vybavení pro gynekologicko porodnické aplikace - *ANO, splňuje*
- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání - *ANO, splňuje*
- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze - *ANO, splňuje*

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) - **ANO, splňuje**
- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu - **ANO, splňuje**
- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení - **ANO, splňuje**
- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce - **ANO, splňuje**
- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) - **ANO, splňuje**
- Interní SSD s kapacitou alespoň 0,5 TB - **ANO, splňuje, 500 GB**
- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení - **ANO, splňuje, 2 x USB 3.0**

Požadované ultrazvukové sondy:

- 1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz - **ANO, splňuje, 1 – 6 MHz**
- 2) Transvaginální sonda v rozsahu min. 3-11 MHz - **ANO, splňuje, 3 – 11 MHz**

**Ultrazvukový přístroj pro Plicní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. –
1 ks**

Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku - *ANO, splňuje*
- Monitor s úhlopříčkou min. 18 "typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 - *ANO, splňuje, 21,5", 1920 x 1080*
- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - *ANO, splňuje*
- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 50 kg, šířka přístroje do max. 55 cm - *ANO, splňuje, 50 kg, 52 cm*
- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz - *ANO, splňuje, 1 – 18 MHz*
- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond - *ANO, splňuje, 3x*
- Požadovaná zobrazení:
 - B-mode na základních i harmonických frekvencích - *ANO, splňuje*
 - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení - *ANO, splňuje*
 - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách - *ANO, splňuje*
 - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) - *ANO, splňuje*
 - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase - *ANO, splňuje*
 - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase - *ANO, splňuje*
- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist - *ANO, splňuje*
- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–40 cm - *ANO, splňuje, 0 – 40 cm*
- Vlastní databáze patientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření - *ANO, splňuje*
- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice - *ANO, splňuje*
- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace - *ANO, splňuje*
- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání - *ANO, splňuje*
- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze - *ANO, splňuje*
- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) - *ANO, splňuje*
- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu - *ANO, splňuje*
- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností

změny typu a poměru tohoto zobrazení - *ANO, splňuje*

- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu - *ANO, splňuje*
- Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární sondu s horním kmitočtem alespoň do 18 MHz - *ANO, splňuje, 7 – 18 MHz*
- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení) - *ANO, splňuje*
- Interní SSD s kapacitou alespoň 0,5 TB - *ANO, splňuje, 500 GB*
- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení - *ANO, splňuje, 2 x USB 3,0*

Požadovaná ultrazvuková sonda:

Mikrokonvexní sonda pro interkostální vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz - *ANO, splňuje, 1 – 6 MHz*

Ultrazvukový přístroj pro Gynekologickou stanici Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, pracoviště Rumburk, o.z. – 1 ks**Minimální technické parametry**

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku - *ANO, splňuje*
- Monitor s úhlopříčkou min. 21 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 - *ANO, splňuje, 21,5“, 1920 x 1080*
- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - *ANO, splňuje*
- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 50 kg, šířka přístroje do max. 55 cm - *ANO, splňuje, 50 kg, 52 cm*
- integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) - *ANO, splňuje, 10,2“*
- vysouvateľná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajiždí do ovládacího panelu) - *ANO, splňuje*
- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz - *ANO, splňuje, 1 – 18 MHz*
- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond - *ANO, splňuje, 3x*
- Požadovaná zobrazení:
 - B-mode na základních i harmonických frekvencích - *ANO, splňuje*
 - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení - *ANO, splňuje*
 - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách - *ANO, splňuje*
 - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) - *ANO, splňuje*
 - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase - *ANO, splňuje*
 - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase - *ANO, splňuje*
- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist - *ANO, splňuje*
- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–40 cm - *ANO, splňuje, 0-40 cm*
- Vlastní databáze patientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření - *ANO, splňuje*
- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice - *ANO, splňuje*
- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v pediatrii - *ANO, splňuje*
- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace - *ANO, splňuje*
- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání - *ANO, splňuje*
- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze - *ANO, splňuje*

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) - **ANO, splňuje**
- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu - **ANO, splňuje**
- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení - **ANO, splňuje**
- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce - **ANO, splňuje**
- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) - **ANO, splňuje**
- Interní SSD s kapacitou alespoň 0,5 TB - **ANO, splňuje, 500 GB**
- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení - **ANO, splňuje, 2 x USB 3,0**

Požadované ultrazvukové sondy:

- 1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz - **ANO, splňuje, 1 – 6 MHz**
- 2) Lineární sonda rozsahu min. 5-14 MHz - **ANO, splňuje, 5 – 14 MHz**
- 3) Mikrokonvexní sonda v rozsahu min. 3-11 MHz - **ANO, splňuje, 3 – 11 MHz**



Ultrazvukový diagnostický systém

Aplio Flex



**Ultrazvukový přístroj pro Gastroenterologické oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice
Ústí nad Labem, o.z. - 2 ks**

Aplio Flex

Kompletní verze plně digitálního ultrazvukového diagnostického systému
Aplio Flex

- plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku
- přístroj vysoce mobilní, šířka přístroje 52 cm, hmotnost 50 kg
- snadné a intuitivní ovládání, přizpůsobitelné pro různé druhy vyšetření
- komplexní programové vybavení umožňující komfortní obsluhu a zahrnující rozsáhlé možnosti klinických aplikací
- konektory pro současné připojení 3 ultrazvukových sond
- frekvenční rozsah přístroj 1 – 18MHz
- nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu 0-40 cm
- triplexní režim u všech elektronických sond (současné zobrazení B-mode, Color Flow Mapping a FFT spektrum – pulzní/kontinuální doppler)
- výškově a stranově stavitelný 21,5“ digitální LCD monitor umístěný na pohyblivém rameni se třemi stupni volnosti, rozlišení FULL HD (1920 x 1080)
- pomocná barevná dotyková 10,2“ LCD obrazovka pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací s možností konfigurace nabídky dle požadavků uživatele
- tlačítková vysouvateľná alfanumerická klávesnice zajišťující do ovládacího panelu
- nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
- Zobrazovací režimy:
 - 2D zobrazení (B-mode) na základních frekvencích
 - 2D na harmonických frekvencích na všech sondách (potlačení fundamentální frekvence, zvýšení kontrastní rozlišovací schopnosti) včetně pulzní subtrakce a diferenciálního harmonického zobrazení
 - trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
 - úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení. Úhlové zobrazení je aktivní i v režimech harmonického zobrazení, barevném mapování a v duplexním i triplexním režimu
 - M-mód, anatomický M-mód
 - PW pulzní doppler s možností oboustranného steeringu na lineárních sondách
 - HPRF pulzní doppler
 - barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku (Dynamic Flow) s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí
 - Rychlé simultánní duplexní (2D + PW) i živé triplexní zobrazení (2D + CFM+PW) v reálném čase na všech sondách
 - Twin View – simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase
 - trapezoidní zobrazení – rozšířené zobrazení umožňující rozšíření akviziční snímací tomografie (u sektorových sond), změnu lineárního zobrazení na zobrazení lichoběžníkové (u lineárních sond)

- možnost měření v živém i zmraženém obraze
- zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálních a vertikálního posunu (HD ZOOM)
- automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení
- automatická optimalizace dopplerovských parametrů
- paměťová smyčka pro uložení obrazové informace s možností manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí, možnost zpětného měření a vyhodnocení záznamu
- komplexní programové vybavení pro provedení všech typů měření používaných v obecné ultrazvukové diagnostice
- komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace
- automatické trasování dopplerovských křivek včetně automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D, PSV apod.
- uspořádání B zobrazení a dopplerovské křivky na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru zobrazení
- jednotlačítková automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení
- jednotlačítková automatická optimalizace dopplerovských parametrů
- generování komplexního a přehledného vyšetřovacího protokolu s možností jeho dalšího zpracování na externím PC
- databáze patientských a obrazových dat s možností vyhledávání podle jména pacienta, rodného čísla, diagnózy nebo typu vyšetření
- integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti
- standby režim zajištění integrovanou baterií
- možnost rozšíření přístroje o vysokofrekvenční lineární sondu s horní frekvencí 18 MHz

Dokumentační zařízení:

- 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích paměťových zařízení
- 500GB SSD HDD pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí
- obrazový výstup HDMI pro připojení externího monitoru
- DICOM 3.0 pro kategorie:
 - DICOM Verification
 - DICOM Print
 - DICOM Storage
 - DICOM Query/Retrieve
 - DICOM Worklist
- komunikace s PACS/RIS
- připojení LAN 1Gbps

Ultrazvukové sondy:

Konvexní sonda:

PVC-375LT - elektronická konvexní multifrekvenční-širokopásmová sonda pro
abdominální vyšetření
Celkový frekvenční rozsah sondy 1–6 MHz

Lineární sonda:

PLC-1004LT - elektronická lineární multifrekvenční-širokopásmová sonda
Celkový frekvenční rozsah sondy 5-14 MHz



Ultrazvukový diagnostický systém

Aplio Flex



**Ultrazvukový přístroj pro Gynekologické oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – 1 ks**

Aplio Flex

Kompletní verze plně digitálního ultrazvukového diagnostického systému
Aplio Flex

- plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku
- přístroj vysoce mobilní, šířka přístroje 52 cm, hmotnost 50 kg
- snadné a intuitivní ovládání, přizpůsobitelné pro různé druhy vyšetření
- komplexní programové vybavení umožňující komfortní obsluhu a zahrnující rozsáhlé možnosti klinických aplikací
- konektory pro současné připojení 3 ultrazvukových sond
- frekvenční rozsah přístroj 1 – 18MHz
- nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu 0-40 cm
- triplexní režim u všech elektronických sond (současné zobrazení B-mode, Color Flow Mapping a FFT spektrum – pulzní/kontinuální doppler)
- výškově a stranově stavitelný 21,5“ digitální LCD monitor umístěný na pohyblivém rameni se třemi stupni volnosti, rozlišení FULL HD (1920 x 1080)
- pomocná barevná dotyková 10,2“ LCD obrazovka pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací s možností konfigurace nabídky dle požadavků uživatele
- tlačítková vysouvateľná alfanumerická klávesnice zajišťující do ovládacího panelu
- nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
- Zobrazovací režimy:
 - 2D zobrazení (B-mode) na základních frekvencích
 - 2D na harmonických frekvencích na všech sondách (potlačení fundamentální frekvence, zvýšení kontrastní rozlišovací schopnosti) včetně pulzní subtrakce a diferenciálního harmonického zobrazení
 - trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
 - úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení. Úhlové zobrazení je aktivní i v režimech harmonického zobrazení, barevném mapování a v duplexním i triplexním režimu
 - M-mód, anatomický M-mód
 - PW pulzní doppler s možností oboustranného steeringu na lineárních sondách
 - HPRF pulzní doppler
 - barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku (Dynamic Flow) s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí
 - Rychlé simultánní duplexní (2D + PW) i živé triplexní zobrazení (2D + CFM+PW) v reálném čase na všech sondách
 - Twin View – simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase
 - trapezoidní zobrazení – rozšířené zobrazení umožňující rozšíření akviziční snímací tomografie (u sektorových sond), změnu lineárního zobrazení na zobrazení lichoběžníkové (u lineárních sond)

- možnost měření v živém i zmraženém obraze
- zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálních a vertikálního posunu (HD ZOOM)
- automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení
- automatická optimalizace dopplerovských parametrů
- paměťová smyčka pro uložení obrazové informace s možností manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí, možnost zpětného měření a vyhodnocení záznamu
- komplexní programové vybavení pro provedení všech typů měření používaných v obecné ultrazvukové diagnostice
- komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace
- komplexní programové vybavení pro gynekologicko porodnické aplikace
- automatické trasování dopplerovských křivek včetně automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D, PSV apod.
- uspořádání B zobrazení a dopplerovské křivky na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru zobrazení
- jednotlačítková automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení
- jednotlačítková automatická optimalizace dopplerovských parametrů
- generování komplexního a přehledného vyšetřovacího protokolu s možností jeho dalšího zpracování na externím PC
- databáze patientských a obrazových dat s možností vyhledávání podle jména pacienta, rodného čísla, diagnózy nebo typu vyšetření
- integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti
- standby režim zajištění integrovanou baterií

Dokumentační zařízení:

- 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích paměťových zařízení
- 500GB SSD HDD pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí
- obrazový výstup HDMI pro připojení externího monitoru
- DICOM 3.0 pro kategorie:
 - DICOM Verification
 - DICOM Print
 - DICOM Storage
 - DICOM Query/Retrieve
 - DICOM Worklist
- komunikace s PACS/RIS
- připojení LAN 1Gbps

Ultrazvukové sondy:

Konvexní sonda:

PVC-375LT - elektronická konvexní multifrekvenční-širokopásmová sonda pro
abdominální vyšetření
Celkový frekvenční rozsah sondy 1–6 MHz

Transvaginální sonda:

PVC-781VLT - elektronická transvaginální multifrekvenční-širokopásmová sonda
Celkový frekvenční rozsah sondy 3-11 MHz



Ultrazvukový diagnostický systém

Aplio Flex



**Ultrazvukový přístroj pro Plicní oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – 1 ks**

Aplio Flex

Kompletní verze plně digitálního ultrazvukového diagnostického systému
Aplio Flex

- plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku
- přístroj vysoce mobilní, šířka přístroje 52 cm, hmotnost 50 kg
- snadné a intuitivní ovládání, přizpůsobitelné pro různé druhy vyšetření
- komplexní programové vybavení umožňující komfortní obsluhu a zahrnující rozsáhlé možnosti klinických aplikací
- konektory pro současné připojení 3 ultrazvukových sond
- frekvenční rozsah přístroj 1 – 18MHz
- nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu 0-40 cm
- triplexní režim u všech elektronických sond (současné zobrazení B-mode, Color Flow Mapping a FFT spektrum – pulzní/kontinuální doppler)
- výškově a stranově stavitelný 21,5“ digitální LCD monitor umístěný na pohyblivém rameni se třemi stupni volnosti, rozlišení FULL HD (1920 x 1080)
- pomocná barevná dotyková 10,2“ LCD obrazovka pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací s možností konfigurace nabídky dle požadavků uživatele
- tlačítková vysouvateľná alfanumerická klávesnice zajišťující do ovládacího panelu
- nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
- Zobrazovací režimy:
 - 2D zobrazení (B-mode) na základních frekvencích
 - 2D na harmonických frekvencích na všech sondách (potlačení fundamentální frekvence, zvýšení kontrastní rozlišovací schopnosti) včetně pulzní subtrakce a diferenciálního harmonického zobrazení
 - trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
 - úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení. Úhlové zobrazení je aktivní i v režimech harmonického zobrazení, barevném mapování a v duplexním i triplexním režimu
 - M-mód, anatomický M-mód
 - PW pulzní doppler s možností oboustranného steeringu na lineárních sondách
 - HPRF pulzní doppler
 - barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku (Dynamic Flow) s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí
 - Rychlé simultánní duplexní (2D + PW) i živé triplexní zobrazení (2D + CFM+PW) v reálném čase na všech sondách
 - Twin View – simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase
 - trapezoidní zobrazení – rozšířené zobrazení umožňující rozšíření akviziční snímací tomografie (u sektorových sond), změnu lineárního zobrazení na zobrazení lichoběžníkové (u lineárních sond)

- možnost měření v živém i zmraženém obraze
- zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálních a vertikálního posunu (HD ZOOM)
- automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení
- automatická optimalizace dopplerovských parametrů
- paměťová smyčka pro uložení obrazové informace s možností manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí, možnost zpětného měření a vyhodnocení záznamu
- komplexní programové vybavení pro provedení všech typů měření používaných v obecné ultrazvukové diagnostice
- komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace
- automatické trasování dopplerovských křivek včetně automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D, PSV apod.
- uspořádání B zobrazení a dopplerovské křivky na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru zobrazení
- jednotlačítková automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení
- jednotlačítková automatická optimalizace dopplerovských parametrů
- generování komplexního a přehledného vyšetřovacího protokolu s možností jeho dalšího zpracování na externím PC
- databáze patientských a obrazových dat s možností vyhledávání podle jména pacienta, rodného čísla, diagnózy nebo typu vyšetření
- integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti
- standby režim zajištění integrovanou baterií
- možnost rozšíření přístroje o vysokofrekvenční lineární sondu s horní frekvencí 18 MHz

Dokumentační zařízení:

- 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích paměťových zařízení
- 500GB SSD HDD pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí
- obrazový výstup HDMI pro připojení externího monitoru
- DICOM 3.0 pro kategorie:
 - DICOM Verification
 - DICOM Print
 - DICOM Storage
 - DICOM Query/Retrieve
 - DICOM Worklist
- komunikace s PACS/RIS
- připojení LAN 1Gbps

Ultrazvuková sonda:

Mikrokonvexní sonda:

PVU-382BT - elektronická mikrokonvexní multifrekvenční-širokopásmová sonda
Celkový frekvenční rozsah sondy 1–6 MHz



Ultrazvukový diagnostický systém

Aplio Flex



**Ultrazvukový přístroj pro Gynekologické oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – pracoviště Rumburk, o.z. – 1 ks**

Aplio Flex

Kompletní verze plně digitálního ultrazvukového diagnostického systému
Aplio Flex

- plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku
- přístroj vysoce mobilní, šířka přístroje 52 cm, hmotnost 50 kg
- snadné a intuitivní ovládání, přizpůsobitelné pro různé druhy vyšetření
- komplexní programové vybavení umožňující komfortní obsluhu a zahrnující rozsáhlé možnosti klinických aplikací
- konektory pro současné připojení 3 ultrazvukových sond
- frekvenční rozsah přístroj 1 – 18MHz
- nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu 0-40 cm
- triplexní režim u všech elektronických sond (současné zobrazení B-mode, Color Flow Mapping a FFT spektrum – pulzní/kontinuální doppler)
- výškově a stranově stavitelný 21,5“ digitální LCD monitor umístěný na pohyblivém rameni se třemi stupni volnosti, rozlišení FULL HD (1920 x 1080)
- pomocná barevná dotyková 10,2“ LCD obrazovka pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací s možností konfigurace nabídky dle požadavků uživatele
- tlačítková vysouvateľná alfanumerická klávesnice zajišťující do ovládacího panelu
- nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
- Zobrazovací režimy:
 - 2D zobrazení (B-mode) na základních frekvencích
 - 2D na harmonických frekvencích na všech sondách (potlačení fundamentální frekvence, zvýšení kontrastní rozlišovací schopnosti) včetně pulzní subtrakce a diferenciálního harmonického zobrazení
 - trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
 - úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení. Úhlové zobrazení je aktivní i v režimech harmonického zobrazení, barevném mapování a v duplexním i triplexním režimu
 - M-mód, anatomický M-mód
 - PW pulzní doppler s možností oboustranného steeringu na lineárních sondách
 - HPRF pulzní doppler
 - barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku (Dynamic Flow) s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí
 - Rychlé simultánní duplexní (2D + PW) i živé triplexní zobrazení (2D + CFM+PW) v reálném čase na všech sondách
 - Twin View – simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase
 - trapezoidní zobrazení – rozšířené zobrazení umožňující rozšíření akviziční snímací tomografie (u sektorových sond), změnu lineárního zobrazení na zobrazení lichoběžníkové (u lineárních sond)

- možnost měření v živém i zmraženém obraze
- zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálních a vertikálního posunu (HD ZOOM)
- automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení
- automatická optimalizace dopplerovských parametrů
- paměťová smyčka pro uložení obrazové informace s možností manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí, možnost zpětného měření a vyhodnocení záznamu
- komplexní programové vybavení pro provedení všech typů měření používaných v obecné ultrazvukové diagnostice
- komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace
- komplexní programové vybavení pro gynekologicko porodnické aplikace
- automatické trasování dopplerovských křivek včetně automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D, PSV apod.
- uspořádání B zobrazení a dopplerovské křivky na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru zobrazení
- jednotlačítková automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení
- jednotlačítková automatická optimalizace dopplerovských parametrů
- generování komplexního a přehledného vyšetřovacího protokolu s možností jeho dalšího zpracování na externím PC
- databáze patientských a obrazových dat s možností vyhledávání podle jména pacienta, rodného čísla, diagnózy nebo typu vyšetření
- integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti
- standby režim zajištění integrovanou baterií

Dokumentační zařízení:

- 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích paměťových zařízení
- 500GB SSD HDD pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí
- obrazový výstup HDMI pro připojení externího monitoru
- DICOM 3.0 pro kategorie:
 - DICOM Verification
 - DICOM Print
 - DICOM Storage
 - DICOM Query/Retrieve
 - DICOM Worklist
- komunikace s PACS/RIS
- připojení LAN 1Gbps

Ultrazvukové sondy:

Konvexní sonda:

PVC-375LT - elektronická konvexní multifrekvenční-širokopásmová sonda pro
abdominální vyšetření
Celkový frekvenční rozsah sondy 1–6 MHz

Lineární sonda:

PLC-1004LT - elektronická lineární multifrekvenční-širokopásmová sonda
Celkový frekvenční rozsah sondy 5-14 MHz

Mikrokonvexní sonda:

PVC-781VLT - elektronická mikrokonvexní multifrekvenční-širokopásmová sonda
Celkový frekvenční rozsah sondy 3-11 MHz

Ultrazukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 4													
Tabulka A) Zdravotnické prostředky													
Název položky	Počet ks	Nabídková cena za ks bez DPH	Nabídková cena za ks včetně DPH	Celková nabídková cena bez DPH	Celková nabídková cena včetně DPH	Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikací (ANO/NE)	Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,	Počet ks Nemocnice Teplice, o.z.,	Počet ks Nemocnice Most, o.z.,	Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z.,	Počet ks Nemocnice Děčín, o.z.,	Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z.,	Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazukový nístro	2					ANO	2	0	0	0	0	0	0
Ultrazukový nístro	1					ANO	0	1	0	0	0	0	0
Ultrazukový nístro	1					ANO	0	0	1	0	0	0	0
Ultrazukový přístro	1					ANO	0	0	0	0	0	0	1
Konvexní sonda	4					ANO	2	1	0	0	0	0	1
Lineární sonda	3					ANO	2	0	0	0	0	0	1
Transvaginální sonda	1					ANO	0	1	0	0	0	0	0
Mikrokonvexní sonda	2					ANO	0	0	1	0	0	0	1

Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu

Název	Specifikace zakázky	Počet kusů	Vymezení rozsahu pozáručního servisu* *	Počet měsíců pozáručního servisu	Celková nabídková cena v Kč				
					cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks	cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks	celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks	celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks	celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II.	Ultrazukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 4	Ultrazukový přístroj	5	Výrobem předepsané kontroly a přiblídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.,*	96 měsíců				
				Bezpečnostní technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců				
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců				
				V případě zhoří se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	96 měsíců				
		Konvexní sonda	4	Výrobem předepsané kontroly a přiblídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.,*	96 měsíců				
				Bezpečnostní technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců				
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců				
				V případě zhoří se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	96 měsíců				
		Lineární sonda	3	Výrobem předepsané kontroly a přiblídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.,*	96 měsíců				
				Bezpečnostní technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců				
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců				
				V případě zhoří se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	96 měsíců				
		Transvaginální sonda	1	Výrobem předepsané kontroly a přiblídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.,*	96 měsíců				
				Bezpečnostní technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců				
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců				
				V případě zhoří se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	96 měsíců				
		Mikrokonvexní sonda	2	Výrobem předepsané kontroly a přiblídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.,*	96 měsíců				
				Bezpečnostní technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců				
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců				
				V případě zhoří se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	96 měsíců				

* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
 ** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přicházejí v úvahu dle platných právních předpisů

Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)						
Název	Specifikace zakázky		Počet kusů/počet měsíců	Celková nabídková cena v Kč		
				celková cena bez DPH	celková částka DPH	celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II.	Ultrazukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 4	Ultrazukové přístroje a sondy	15	4 485 000,00 Kč	941 850,00 Kč	5 426 850,00 Kč
		Pozáruční servis	96	224 000,00 Kč	47 040,00 Kč	271 040,00 Kč
Cena celkem:				4 709 000,00 Kč	988 890,00 Kč	5 697 890,00 Kč

Žlutě označení označí došlá účastník.