

Název veřejné zakázky: **Dodávky ohřívačů infuzí a krevních produktů pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - Část 1 - Ohřívač infuzí a krevních produktů**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Podlimitní veřejná zakázka**
Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3746/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

v Zadávací dokumentaci a Příloze č. 2a s názvem „Technická specifikace ohřívač infuzí a krevních produktů, část 1“ je mimo jiné uveden následující parametr:

- Teplotní rozsah ohřívání: 35°C – 41°C

Uchazeč nabízí přístroj renomovaného výrobce s rozsahem ohřívání 37 - 41 stupňů Celsia stejně jako řada jiných výrobců na relevantním trhu. Za dobu mnohaletého působení uchazeče na trhu nebyl ve veřejných zakázkách nikdy kladen požadavek na nižší teplotu než 37 stupňů Celsia.

Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku uchazeče na přístroj s rozsahem ohřívání 37°C – 41°C?

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

6.2.-01-2024

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti