

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Anesteziologický přístroj pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnici Teplice, o.z.“

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje splnění parametru:

- Barevná dotyková obrazovka o minimální velikosti 15“, „umístěná na rameni“

Uchazeč nabízí anesteziologický přístroj s barevnou dotykovou obrazovkou o velikosti 15,1“, která je součástí anesteziologického přístroje a je umístěna v zorném poli anesteziologa, přímo proti anesteziologovi. Tento způsob umístění barevné dotykové obrazovky optimalizuje zobrazení monitorovaných parametrů pro anesteziology, protože nevyžaduje individuální manipulaci s ramenem pro nastavení obrazovky do zorného pole anesteziologa.

Systém integrované barevné dotykové obrazovky do anesteziologického přístroje, je běžně používaným systémem, který je akceptován na všech anesteziologických pracovištích v celé ČR. Tímto umístěním barevné, dotykové obrazovky není nijak dotčený medicínský účel, za kterým je tento anesteziologický přístroj pořízován.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat nabídku anesteziologického přístroje s integrovanou dotykovou barevnou obrazovkou o velikosti 15,1“, která není umístěná na rameni?

Odpověď:

Zadavatel trvá na splnění požadavku uvedeném v technické specifikaci – „Barevná dotyková obrazovka o minimální velikosti 15“, umístěná na rameni“.

V Ústí nad Labem dne:

09-08-2016

06

KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel