

Objednávka 6600046944

Datum objednávky 03.01.2024

Oddělení: Zdravotnická tech.

Mobil:

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Děčín, o. z.

U Nemocnice 1

405 02 Děčín II

Medisap, s.r.o.
Na Rovnosti 2244/5
130 00 Praha 3

Vaše číslo dodavatele u nás
1000046

Termín dodávky: 03.01.2024

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
------	--------------------------	----------------------	------------------	---------

00010	1	Kus	Plicní ventilátor Engstom	
-------	---	-----	---------------------------	--

Objednáváme kalibraci ventilátoru SN CBCM01743, hlásí chybu frakce.

Ventilátor se fyzicky nachází na interní JIP v budově O 3 NP.

Vystavil:.....

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele.** Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 3, vložka 1550,

DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360
medisap.s.r.o.
Na Rovnosti 2244/5
130 00 Praha 3

Objednávka
ze dne 17.01.2024
Naše zakázka 01-4-0000087
Den vystavení 17.01.2024

ODBĚRATEL IČ SERVIS DIČ

Krajská zdravotní, a.s.
-Nemocnice Děčín, OZT
U Nemocnice 1
405 99 Děčín II

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzatému k opravě :

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem
Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan

01-4-0000087

Cenový návrh:

Oprava - nesouhlas měřené a nastavené FiO2

Rekalibrace paramagnetického senzoru O2 - OK, bez vyřešení závady. Zjištěn průtok kyslíku při zavřeném dávkovacím ventilu O2, pravděpodobně netěsnost ventilu, doporučena výměna.

CN na provedení výměny dávkovacího ventilu O2, včetně následné rekalibrace a celkových funkčních testů ventilátoru.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
1505-3209-000-S	Dávkovač průtoku 0-1601 (ventilátor Engstom)	1,00 ks	79 659,20	79 659,20
9998-2x	Práce servisního technika specialisty	2,00 hod	1 590,00	3 180,00
9998-1	Dopravné	260,00 počet	16,50	4 290,00
Celkem bez DPH				87 129,20
Celkem s DPH				105 426,33

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne

podpis

VYSTAVIL

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.