

Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Operační stůl pro gynekologický operační sál“

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci a specifikaci zadání předmětu plnění veřejné zakázky, požaduje zadavatel v části technické specifikace parametry:

- minimální výška pracovní desky 670 mm (tol. $\pm 10\%$)
- maximální výška pracovní desky 1100 mm (tol. $\pm 10\%$)

- Námi dodávané elektromechanické a elektrohydraulické operační stoly mají rozsah výškového nastavení:
 - minimální výška pracovní desky 750 mm (tol. ± 3 cm)
 - maximální výška pracovní desky 1100 mm (tol. ± 3 cm)

- Rozsah výškového nastavení je při započtení tolerančního koeficientu velmi podobný respektive rozdíl mezi námi nabízeným parametrem a požadavkem zadavatele je minimální avšak pro naši nabídku diskriminující. Chtěli bychom požádat o možnou úpravu rozsahu nastavení výšky operačního stolu tak, abychom se mohli o tuto zakázku ucházet a předložit naši ekonomicky a technicky zajímavou nabídku. Jsme přesvědčení, že uvedený rozdíl požadovaných hodnot rozsahu výškového nastavení desky operačního stolu je minimální a nemá tedy medicínsky, technicky a uživatelsky odůvodnitelný princip použití.

Odpověď :

Zadavatel trvá na parametru – minimální výška pracovní desky 670 mm (tol. $\pm 10\%$).

V Ústí nad Labem dne:

17 -08- 2016

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

06


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627