

Parní sterilizátor – autokláv

Autokláv na dekontaminaci infekčního materiálu včetně **chemických látek** a vzorků obsahující *Mycobacterium tuberculosis* (které jsou součástí kultivačních a tekutých půd pro mikrobiologii (NaCl, glukóza, barvivo)). Na oddělení mikrobiologie Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 1 ks parní sterilizátor
- Sterilizátor musí být schopen sterilizovat zkumavky, které přišly do kontaktu se vzorky obsahující TBC (bez předchozího vymytí, či jiné úpravy)
- Omyvatelné dle dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

Minimální technické požadavky:

- Objemové provedení 75-85 l
- Mikroprocesorové řízení
- Vybavení umožňující vakuové i parní pulzy
- Schopný sterilizovat plastové i skleněné zkumavky
- Rozsah pracovních teplot minimálně 110°-134°
- Vlastní vyvíječ páry
- Samostatně stojící
- Nerezové provedení komory
- Dotykový ovládací panel
 - součástí menu jsou informace o zvolených programech, jednotlivých fázích sterilizačního cyklu a současně i případných chybových hláškách
- Zvuková i vizuální signalizace ukončení cyklu
- Přístroj musí splnit splňující vyhlášku MZ č. 244/2017 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění
- Vertikální plnění
- Výstup obsahuje filtr

Požadované příslušenství:

- 2 ks nerezových košů (drátěný)
 - 1 ks velikost 360x(280 ±30) mm
 - 1 ks velikost 360x(190±30) mm
- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu