

Název veřejné zakázky: **Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.**
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní režim
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3800/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 2 Technická specifikace požaduje zadavatel pod bodem č. 5 následující parametry počítačového tomografu:

"Využití umělé inteligence pro workflow, např. podporu správného umístění pacienta, detekci izocentra (vč. využití 3D kamery), akvizici obrazů, rekonstrukci i hodnocení obrazů."

Je požadavek na využití umělé inteligence mandatorní pro všechny vyjmenované úseky workflow, tedy pro podporu správného umístění pacienta a detekci izocentra s využitím 3D kamery, akvizici obrazů, rekonstrukci i hodnocení obrazů?

Odpověď č. 1:

Zadavatel považuje požadavek za absolutní. Toto je nutné pro správné nastavení skenovacích parametrů, a tím i pro standardizaci vyšetření různých pacientů, včetně správného postprocessingu.

V Ústí nad Labem dne: 14 -02- 2024

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti