

Název veřejné zakázky:	<b>Upgrade magnetické rezonance Avanto 1,5 T II.</b>
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	<b>Krajská zdravotní, a.s.</b> se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	<b>3792/2024</b>

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

Zadavatel v návrhu kupní smlouvy stanovil smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení prodávajícího s předáním zboží i s prodlením prodávajícího s odstraněním vad.

Zároveň zadavatel stanovil smluvní pokutu ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení kupujícího se zaplacením prodávajícímu kupní cenu.

Výše smluvních pokut pro prodávajícího jsou v nepoměru s výší smluvní pokuty pro kupujícího.

*Dotaz: Stanoví zadavatel v souladu s principem přiměřenosti výši všech zmiňovaných smluvních pokut na 0,05 %?*

### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na stanovených zadávacích podmínkách, které jsou stanoveny v souladu s právními předpisy. Výši smluvních sankcí nelze srovnávat. Zadavatel v případě prodlení s úhradou kupní ceny připouští oprávnění „dodavatele – prodávajícího“ uplatnit smluvní sankci - požadovat úrok z prodlení, nikoli smluvní pokutu. Smluvní sankce – smluvní pokuta za prodlení s dodáním předmětu plnění zohledňuje potenciální negativní dopady do poskytovaných zdravotních služeb (omezení provozu, odklad výkonů apod.), kdy účelem je tyto minimalizovat, tj. smluvní pokuta plní zejména svou kompenzační a preventivní funkci.

### Dotaz č. 2

Zadavatel v návrhu kupní smlouvy uvádí následující lhůty v rámci záručního a pozáručního servisu:

1. doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu.
2. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad

Lhůta 3 kalendářní dny neumožňuje prodávajícímu dostatečný časový prostor pro odstranění závady, s ohledem na potřebu dodávky náhradních dílů ze zahraničí. Obdobně pak v případě požadovaného nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin, poskytuje zadavatel pouze minimální prostor pro vyřízení požadavku.

Prodávající navrhuje úpravu textu na:

„Ggarance lhůt pro provedení servisních úkonů (lhůta začíná běžet v intervalu základní pracovní doby 8:00 – 17:00 v pracovních dnech):

- reakční doba: 4 hodiny od nahlášení závady
- nástup na opravu: následující pracovní den po nahlášení závady
- oprava bez použití ND: do 2 pracovních dní po nahlášení závady
- oprava s použitím ND z dovozu: do 3 pracovních dní po nahlášení závady“

*Dotaz: Upraví zadavatel text kupní smlouvy dle výše uvedeného návrhu?*

**Odpověď na dotaz č. 2**

Zadavatel trvá na lhůtách uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy.

**Dotaz č. 3**

*Zadavatel v návrhu kupní smlouvy nezmiňuje dodávky Helia, nezbytných pro provoz, v rámci záručního a pozáručního servisu.*

*Pro provoz systému magnetické rezonance s bezodparovým režimem není potřeba pravidelně doplňovat Helium. Nicméně během provozu může dojít z různých příčin k jeho ztrátě.*

*Dotaz: Předpokládá zadavatel zajištění případných dodávek Helia vlastními silami, nebo požaduje zajištění dodávky Helia jako součást plnění a ceny servisního kontraktu?*

**Odpověď na dotaz č. 3**

Dodávky helia jsou součástí servisního kontraktu.

V Ústí nad Labem dne: 29-02-2024

  
.....  
MUDr. Taťána Soharová  
generální ředitelka