

## Vyšetřovací jednotka ORL

Vyšetřovací jednotka na ORL oddělení Nemocnice Litoměřice, Krajská zdravotní, a. s. Přístroj nahradí starší přístroj.

### Obecné požadavky:

- 1 ks vyšetřovací jednotky pro ORL
- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů
- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

### Minimální technické požadavky:

#### *Vyšetřovací jednotka*

- Vyšetřovací jednotka musí být mobilní (přístrojová i instrumentační skříňka) s možností připojení na domovní odpad a rozvod vody.
- Šířka přístroje, včetně bočního příslušenství, musí být max. 120 cm a hloubka v rozmezí 55-65 cm z důvodu prostorového uspořádání ambulance. Skříňka přístrojová musí mít šířku max. 50 cm včetně bočního příslušenství, min. 4 výsuvné zásuvky z toho min. 1 výsuvná instrumentační).
- vysoká kvalita elektrolyticky pozinkovaného ocelové konstrukce, extrémní trvanlivost nalakování
- Pohyblivý na kolečkách
- Dvě roviny příhrádek na nástroje
- Horní plocha na nástroje ohřívaná, podsvícená
- Odpadkový koš, otevírání nohou
- Prostor pro odložení použitých nástrojů
- Vyšetřovací jednotka musí mít vodní proplachový systém s teplotou vody min. 37 °C s tolerancí ±1 °C s napojením na domovní rozvod studené vody. Musí mít technologii s průtokovým ohrevem vody, který umožňuje kontinuální proplach ucha s okamžitým startem bez časových omezení. Zadavatel z hygienických důvodů nepřipouští předehřívaný zásobník.
- Odsávací systém jednotky musí být vybaven automatickým vyprazdňováním nádoby se sekretem, následným výplachem vodou z vodního systému a proplachem celého přístroje integrovaným dezinfekčním systémem (vstříknutí dezinfekčního roztoku do hadice odsávání) s následným vypuštěním do domovního odpadu.
- Systém stlačeného vzduchu jednotky musí být oddělen od systému odsávání (technologicky nezávislé řešení) ovládání unitu umístěné na levé nebo pravé straně (možnost volby)
- Bateriová čelní lampa (bezdrátová)

#### *Mikroskop*

- Součástí vyšetřovací jednotky musí být binokulární mikroskop, uzpůsoben pro otorinolaryngologické vyšetření s 2 nastavitelnými okuláry a s dioptrickou korekcí (min. 5 dioptrií)

- Min. pracovní vzdálenost mikroskopu musí být v min. rozmezí 200-400 mm
- Mikroskop musí mít minimálně tříkrokové zvětšení
- Zdroj světla integrovaný ve vyšetřovací jednotce nebo v mikroskopu
- Mikroskop musí být připevněn k přístroji pomocí stativu
- Součástí mikroskopu je pohyblivé rameno s mechanickými brzdami integrovanými do vyšetřovací jednotky

**Požadované příslušenství:**

- Veškeré příslušenství pro uvedení zařízení do provozu

Napojení na odpad, napájecí kabely, světlovodné kabely, atd