

Mikrotom na krájení histologických řezů

Mikrotom na krájení histologických řezů pro Patologické oddělení Nemocnice Most, Krajská zdravotní, a. s.

1.1 Obecné požadavky:

- 1 ks manuálního (mechanického) sáňkového mikrotomu s příslušenstvím
- Přístroj musí být dezinfikovatelný dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

1.2 Minimální technické požadavky:

- Přístroj vhodný pro standardní histologické kazety – nezávislost na dodavateli
- Rychloupínací systém na kazety
- Odpadní nádoba
- Držák čepelek
- Tloušťka řezů minimálně 1-40 μm

1.3 Požadované příslušenství:

- Držák čepelek **1 ks**
- Veškeré příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.