

Název veřejné zakázky: **Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení  
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.**  
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky  
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení  
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **3800/2024**

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

#### Dotaz č. 1

V Příloze č. 2 Technická specifikace požaduje zadavatel pod bodem č. 34 následující parametry počítačového tomografu:

*“Nutná dávka CTDIvol pro nízkokontrastní rozlišení (120 kV, řez 10 mm, 20 cm Catphan phantom) 5 mm @ 0,3 %, (3 HU), pro spirální akvizici - max. 7 mGy”.*

Dále zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 28.2.2024 potvrdil, že hodnota nutné dávky CTDIvol pro nízkokontrastní rozlišení se vztahuje k ostatním požadavkům uvedeným v zadávací specifikaci.

Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy bude dávky CTDIvol max. 7 mGy dosaženo pouze některou z nabízených rekonstrukčních technik, tedy nikoliv všemi rekonstrukčními technikami, které mají být v souladu s požadavky zadavatele nabízeny (tj. rekonstrukce obsahující AI prvky, iterativní rekonstrukce, standardní FBP rekonstrukce)?

#### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje řešení, kdy bude dávky CTDIvol max. 7 mGy dosaženo jakoukoli z nabízených rekonstrukčních technik, tedy nikoliv všemi rekonstrukčními technikami.

04 -03- 2024

V Ústí nad Labem dne:

Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627 DIČ: CZ25488627	2
---	---

.....  
MUDr. Taťána Soharová  
generální ředitelka