

Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

„Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o. z. – Pracoviště magnetické rezonance“

Dotaz č. 1 – přesné znění dotazu

Ve výkazu výměr jsou v oddíle 766 odkazy na PD. Poskytne zadavatel tabulky výrobků, zejména okna, dveře a pol.č. 124-131? U dveří je ve VV uvedeno .."barevné". poskytne zadavatel barevné řešení?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel v příloze této dodatečné informace uveřejňuje výkres tabulky výplně otvorů s dveřmi včetně barevného řešení křídel dveří. Záručně budou stand. bílé.

Dotaz č. 2 – přesné znění dotazu

Ve výkazu výměr jsou dveře ozn.D1 v počtu 1ks, dle PD jsou 2 ks (1.PP -1ks a 1.NP-1ks). V předané PD jsou dveře ozn.D13- VV tyto dveře neobsahuje. Žádáme zadavatele o úpravu VV jak v dodávce, tak montáži.

Odpověď na dotaz č. 2

Dveře D1 jsou jen jedny a to v 1.PP – ostatní dveře jsou dle výkresu výplně otvorů – viz předešlý bod. Zadavatel v příloze této dodatečné informace uveřejňuje platný výkres půdorysu 1.NP a 1.PP

Dveře D13 jsou zde také uvedené, ale jsou to dveře, které jsou součástí ochranné kabiny přístroje a dodává je dodavatel přístroje.

Ve výkresech jsou dveře D13 uvedené z důvodu uceleného přehled.

Dotaz č. 3 – přesné znění dotazu

V části VZT je výkres ozn. jako VZT_Magneto_VZT_REA 1PP, obsahuje výkres v 1.NP. Žádáme zadavatele o poskytnutí správného výkresu 1.PP.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel v příloze této dodatečné informace uveřejňuje opravený výkres 1.PP vzduchotechniky.

Na základě výše uvedených dodatečných informací, zadavatel upravuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na **29.09.2016 v 10:00.**

V Ústí nad Labem dne**13-09-2016**


Ing. Petr Fiala
generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627