



Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

"Artroskopická věž pro Krajskou zdravotní a.s."

Dotaz č. 1:

Dobrý den. Níže naleznete naši žádost o poskytnutí dodatečných informací. Zadavatel v části artroskopická pumpa s odsáváním požaduje jednotku propojenou se shaverem automaticky detekující spuštění shaveru a s přizpůsobením svého nastavení. Zadavatel požaduje při spuštění shaveru přepínání odsávání ze shaveru a zvyšování tlaku tak, aby nedošlo ke krvácení v operačním poli (hodnotu zvýšení tlaku a intenzity odsávání lze pro uživatele přednastavit). Uchazeč nabízí sestavu shaveru a pumpy s odsáváním, která automaticky detekuje spuštění shaveru, upravuje parametry a zvyšuje tlak, aby nedošlo ke krvácení v operačním poli. Pumpa je vybavena funkcí automatického rozpoznání nástroje, pro který nastavuje optimální parametry, které je možné uživatelsky měnit. Domníváme se, že nabízené řešení převyšuje požadavky zadavatele a proto se ptáme, zdali bude zadavatel akceptovat výše popsané řešení?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení ze strany dodavatele a zároveň s ohledem na tuto skutečnost prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 9. 2016 v 10,00 hod.

V Ústí nad Labem dne 19. 09. 2016

Krajská zdravotní, a.s.
Oddělení řízení projektů a veřejných zakázek
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Václav Štyvar