

Název veřejné zakázky: **Bicyklový ergometr pro Kardiologickou ambulanci Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3843/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí v Příloze č. 2 - Technická specifikace požadavek na minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti spočívající v možnosti instalace NIS aplikace (FONS Enterprise) na pracovní stanici a možnost propojení před GDT rozhraní.

Na základě zkušeností z pracoviště zadavatele je účastníkovi známo, že veškeré zde instalované EKG přístroje jsou připojené do informačního systému MUSE. Účastník předpokládá, že nově pořizovaný zátěžový systém musí být do tohoto archivačního systému připojen také.

Je předpoklad účastníka správný?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje výše uvedené připojení. Upravená verze technické specifikace bude zveřejněna mezi dokumenty zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 20-03-2024

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Taťána Soharová
generální ředitelka