

Poskytnutí dodatečných informací č. 2

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.


"Artroskopická věž pro Krajskou zdravotní a.s."

Dotaz č. 1:

Akceptuje zadavatel systém s nejnovějším typem snímacího senzoru (CMOS technologie), který již není primárně definován jako jedno- nebo tříčipový? Nabízený senzor pak nabízí ve srovnání s požadovanými kritérii u FULL HD rozlišení kvalitativně identické řešení (1920x1080p) u parametru kontrastu dokonce vyšší hodnoty pro dokonalý obraz. Kamery s tímto snímacím senzorem využívají desítky pracovišť napříč chirurgickými obory, včetně ortopedických klinik a nepředstavuje pro uživatele žádné omezení či jinou negativní změnu v zobrazení či ergonomii, naopak umožňuje nabídnout vyšší kontrast tkání. Jedná se o řešení splňující stejný medicínský účel a splňující všechny technické požadavky zadavatele.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na dodržení zadaných parametrů a nepřipouští navrhované řešení s ohledem na požadavek ortopedického oddělení.



Krajská zdravotní, a.s.
Oddělení řízení projektů a veřejných zakázek
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

V Ústí nad Labem dne 20. 09. 2016


Ing. Václav Štyvar