

Název veřejné zakázky: **Bicyklový ergometr pro Kardiologickou ambulanci Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3843/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

V technické specifikaci není uvedena varianta Systému přísavných elektrod.
Systém přísavných elektrod je možno dodat ve verzi s ramenem pro upevnění na stolek nebo ve verzi na pojízdném stojanu na kolečkách. Obě verze se mírně liší i cenou.
Jakou variantu Systému přísavných elektrod zadavatel požaduje?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje elektrody zavěšené nebo stojící samostatně.

Dotaz č. 2


Požaduje zadavatel také dodání stolku pro umístění celé sestavy ergometrického pracoviště, včetně PC monitoru?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nepožaduje dodání stolku pro umístění celé sestavy ergometrického pracoviště, ale požaduje monitor tak, jak stanovuje technická specifikace.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:


.....
MUDr. Taťana Soharová
generální ředitelka