

Poskytnutí dodatečných informací č. 3

*v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.*

"Artroskopická věž pro Krajskou zdravotní a.s."

Dotaz č. 1:

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat řešení světelného zdroje s hlavní vyšetřovací lampou - xenon o výkonu 300 W?

Nabízený světelný zdroj má integrovaný záložní zdroj světla a pracuje v režimu automatického řízení intenzity osvětlení, které lze ovládat i manuálně z ovládacího panelu přístroje nebo přímo z kamerové hlavy.

Domníváme se, že tento typ světelného zdroje splňuje stejný medicínský účel požadovaného zařízení a mohl by vyhovovat požadavkům určením daného typu zdravotnického přístroje.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na dodržení zadaných parametrů a nepřipouští navrhované řešení s ohledem na požadavek ortopedického oddělení.

V Ústí nad Labem dne 21. 09. 2016


Ing. Václav Štyvar

Krajská zdravotní, a.s. Oddělení řízení projektů a veřejných zakázek Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627 DIČ: CZ25488627

