

Název veřejné zakázky: **Vyšetřovací pojízdná světla pro odd. kardiochirurgie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3905/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: „Horizontální rameno délky min. 90 cm s nastavitelným rozsahem min. 80°“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidla, které má délku horizontálního ramene 70 cm s nastavitelným rozsahem 80° a velikostí hlavy 37 cm x 38 cm, což v praxi zajišťuje maximální dosah svítidla min. 107 cm? Z praxe je známo, že svítidlo s těmito vlastnostmi plně pokrývá veškeré požadavky na polohovatelnost a pohodlnou manipulaci.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 2

bude zadavatel akceptovat zařízení, které:

- má regulaci intenzity alespoň ve 4 stupních?
- Hloubka osvětlení bude 1240 mm.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje regulaci intenzity alespoň ve 4 stupních. V rámci parametru hloubka osvitu však zadavatel **trvá** na dodržení stanovené technické specifikace.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Gabriela Růžicková
Vedoucí odboru veřejných zakázek