

Název veřejné zakázky: **Analyzátor pro vyšetření funkce krevních destiček pro oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z.**
Druh veřejné zakázky: **Dodávky**
Režim veřejné zakázky: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3827/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1


Zadavatel v Zadávací dokumentaci v Příloze č. 2 - Technická specifikace, v části Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti pod bodem Příslušenství uvádí: „barevná tiskárna“. Bude Zadavatel akceptovat v dodávce místo tiskárny barevné tiskárnu černobílou? Důvodem této změny je skutečnost, že všichni renomovaní výrobci barevných tiskáren v současné době nedodávají na trh žádnou tiskárnu, která by byla vybavena komunikačním protokolem a ovladači, které jsou kompatibilní s komunikačním protokolem nabízeného analyzátoru. Jediným řešením této situace tedy je, že pro provoz s analyzátozem jsou v současné době schváleny a autorizovány pouze tiskárny černobílé.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení účastníka, tj. i tiskárna černobílá.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: **13-05-2024**



.....
MUDr. Taťána Soharová
generální ředitelka