

Poskytnutí dodatečných informací č. 4

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

"Artroskopická věž pro Krajskou zdravotní a.s."

Dotaz č. 1:

Dle zadávací dokumentace bodu 9, Požadavek na předložení návrhu Smlouvy je uchazeč povinen předložit doplněný obligatorní návrh smlouvy dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

V tomto obligatorním návrhu kupní smlouvy je uvedeno v části VI. Sankční ujednání bod 3., že v případě, že prodávající neopraví zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 7 a nebude poskytnuto náhradní zboží, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den až do opravy zboží.

Vzhledem k povaze zboží Artroskopické věže se domníváme, že by znění mělo být změněno takto: "V případě, že prodávající neopraví samostatnou funkční část zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 7 a nebude poskytnuta náhrada této samostatné funkční části zboží, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH této samostatné funkční části zboží, za každý kalendářní den až do opravy samostatné funkční části zboží.

Definice a cena samostatné funkční části zboží je jednoznačně určená v dodacím listě, který je součástí faktury za dodávku Artroskopické věže (zboží).

Pokud s touto formou znění nebude zadavatel souhlasit, navrhujeme upravit výši smluvní pokuty na 0,02%, což je nyní považováno za tržní standard.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na dodržení zadaných parametrů obligatorního návrhu smlouvy a nepřipouští navrhované řešení.

Dotaz č. 2:

Dle zadávací dokumentace bodu 9, Požadavek na předložení návrhu Smlouvy je uchazeč povinen předložit doplněný obligatorní návrh smlouvy dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

V tomto obligatorním návrhu kupní smlouvy je uvedeno v části VI. Sankční ujednání bod 4., že v případě, že prodávající dodané zboží nebude splňovat technické parametry a funkční vlastnosti požadované kupujícím dle zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý jednotlivý nesplněný parametr a funkční vlastnosti stanovené podmínkami veřejné zakázky a v této smlouvě.

Vzhledem k tomu, že prodávající uvádí v Příloze č. 1 výše uvedené smlouvy přesnou technickou specifikaci jím dodávaného zboží, která je závazná, žádáme aby byl tento bod ze smluvního znění vyškrtnut, protože hodnotící komise rozhoduje o splnění nebo nesplnění (shodě nebo neshodě)

technických parametrů a funkčních vlastností vůči technickým parametrům specifikovaným v zadávací dokumentaci.

Odpověď č. 2:

Zadavatel trvá na dodržení zadaných parametrů obligatorního návrhu smlouvy a nepřipouští navrhované řešení z důvodu, že plně posoudit klinické vlastnosti přístroje je možné teprve v provozu.

Krajská zdravotní, a.s.
Oddělení řízení projektů a veřejných zakázek
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627



V Ústí nad Labem dne 29. 09. 2016

Ing. Václav Štyvar

