

Název veřejné zakázky: **Dialyzační křesla pro Kardiologickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3921/2024**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

Není chybně uveden parametr, cituji: Výška čalounění min. 5cm z důvodu dlouhodobého pobytu.....?  
Tloušťka 5 cm je absolutně pro pacienty nevyhovující. Na dialyzační křesla se používají matrace o min.  
výšce 10 cm z důvodu dlouhodobého pobytu pacientů.

### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel rozhodl a změně hodnoty v rámci předmětného parametru na min. 8 cm. Upravená verze  
technické specifikace je uložena mezi dokumenty zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání  
nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....  
Ing. Gabriela Růžičková  
Vedoucí odboru veřejných zakázek