

## Zadávací dokumentace

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení  
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen  
„ZZVZ“).

### Název veřejné zakázky:

**Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v  
Ústí nad Labem, o.z.**

### Zadavatel veřejné zakázky:

**Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Sociální péče 3316/12A  
400 11 Ústí nad Labem  
IČO: 25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou B 1550.

Zastoupená: MUDr. Taťanou Soharovou, generální ředitelkou

### Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:  
Zadavatel ve smyslu ZZVZ:

Právní forma:

IČO:

DIČ:

Sídlo zadavatele:

Osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba ve věcech soutěže:

Krajská zdravotní, a.s.

jiná právnická osoba, dle § 4 odst. 1 písm. e)

akciová společnost

25488627

CZ25488627

Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

MUDr. Taťána Soharová, generální ředitelka

Monika Ondová

tel: + 420 477117959

e-mail: [monika.ondova@kzcr.eu](mailto:monika.ondova@kzcr.eu)

## 1. Informace o veřejné zakázce

### Druh veřejné zakázky:

- Veřejná zakázka na dodávky

## 2. Vymezení plnění veřejné zakázky

### 2.1 Účel veřejné zakázky

Účelem této veřejné zakázky je vybavení pracovišť zdravotnického zařízení Krajské zdravotní, a.s., zdravotnickými prostředky, a tím přispět ke zlepšení kvality zdravotní péče o pacienty v Krajské zdravotní, a.s.

### 2.2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to plicních ventilátorů pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně:

- dopravy zboží do místa plnění,
- montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
- provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
- ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného přístroje dle technické specifikace,
- instruktáže zdravotnických pracovníků zadavatele (dle § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“)), včetně vystavení protokolu o instruktáži; pokud výrobce zdravotnického prostředku nestanovil povinnost instruktáže osoby používající nebo obsluhující daný zdravotnický prostředek v návodu k použití tohoto zdravotnického prostředku, dodavatel seznámí zdravotnické pracovníky a pracovníka odboru obslužných klinických činností zadavatele s návodem k použití zdravotnického prostředku a seznámí je s riziky spojenými s jeho používáním, o kterém vystaví protokol,
- předání všech příslušných dokladů,
- záručního servisu na dobu 24 měsíců za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy,
- pozáručního servisu na 96 měsíců za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy,
- likvidace obalového materiálu.

Podrobná specifikace předmětu plnění dle jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena a blíže specifikována v přílohách č. 2a a 2b – Technická specifikace, této zadávací dokumentace. Předmět plnění jednotlivých částí veřejné zakázky musí splňovat požadavky na charakter a vlastnosti uvedené v přílohách č. 2a a 2b této zadávací dokumentace.

Konkrétní požadavky na dodání předmětu plnění jsou dále upřesněny v obligatorním návrhu smlouvy.

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah  $\pm 10\%$ .

Zadavatel požaduje společně s nabídkou předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku (prostá kopie v českém jazyce) dle zákona o zdravotnických prostředcích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017, o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídek dodavatelů byla úplná technická dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů



výrobcem.

Ve smyslu ZZVZ zadavatel vycházel při přípravě tohoto zadávacího řízení, kromě jiného, i z obecných principů zaměřených na sociálně a environmentálně odpovědné zadávání a inovace.

V oblasti sociálně odpovědného zadávání zadavatel požaduje, a to vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky, aby dodavatel zajistil po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních se zaměřením na vytvoření důstojných pracovních podmínek, plnění povinností ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, odpočinku, dále plnění povinností vyplývajících z právních předpisů z oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám podílejícím se na plnění smlouvy; zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil plnění těchto povinností i u všech svých poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy,
- férové dodavatelské vztahy se svými poddodavateli spočívající zejména v řádném a včasném plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům.

V oblasti environmentálně odpovědného zadávání zadavatel požaduje, a to vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky, aby dodavatel v rámci svých možností zvolil ekologicky šetrná řešení při plnění veřejné zakázky, která budou vést k eliminaci dopadů na životní prostředí, např.:

- snížením spotřeby elektrické energie,
- zohledněním životního cyklu; v rámci toho zadavatel požaduje po dodavateli zajištění náhradních dílů po dobu životnosti předmětu plnění,
- používáním a dodáváním zařízení bez škodlivých látek.

Při zadávání této veřejné zakázky zadavatel rovněž posoudil a zohlednil možnosti použití inovací a dospěl k závěru, že v případě této veřejné zakázky je dodávka předmětu veřejné zakázky specifikována s ohledem na zcela konkrétní potřeby zadavatele a zadavateli není známo žádné inovativní řešení, které by bylo možné v rámci zadávacích podmínek uplatnit.

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené dodavatelem musí splňovat platné české příp. evropské normy a právní předpisy.

### 2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na předmět plnění včetně všech souvisejících nákladů činí **20 300 000,00 Kč bez DPH**.

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ v následující struktuře a s níže uvedenými předpokládanými hodnotami jednotlivých částí:

část	název části	specifikace části	cena v Kč bez DPH
část 1	Plicní ventilátory vyšší třídy	Plicní ventilátory vyšší třídy	14 150 000,00 Kč
		Pozáruční servis na dobu 96 měsíců	2 750 000,00 Kč
<b>celkem část 1</b>			<b>16 900 000,00 Kč</b>
část 2	Plicní transportní ventilátory vyšší třídy	Transportní ventilátory vyšší třídy	2 750 000,00 Kč
		Pozáruční servis na dobu 96 měsíců	650 000,00 Kč
<b>celkem část 2</b>			<b>3 400 000,00 Kč</b>

Dodavatelé mohou podávat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo jen na některé části veřejné zakázky. Zadavatel uzavře pro každou část této veřejné zakázky kupní smlouvu s jedním vybraným dodavatelem. Dodavatel může podat nabídku pouze v celém rozsahu jednotlivých částí veřejné zakázky dle zadávacích podmínek.

### 2.4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

název	CPV
Zdravotnické dýchací přístroje	33157400-9
Opravy a údržba zdravotnických přístrojů	50421000-2

### 2.5 Doba plnění veřejné zakázky

Maximální lhůta pro předání předmětu plnění je uvedena v obligatorním návrhu smlouvy (příloha č. 4a a 4b této zadávací dokumentace).

### 3. Místo plnění veřejné zakázky:

Pro část 1:

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  
Kardiologické oddělení  
Sociální péče 3316/12a  
401 13 Ústí nad Labem

Pro část 2:

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  
Kardiologické oddělení  
Kardiochirurgické oddělení  
Oddělení hrudní chirurgie  
Sociální péče 3316/12a  
401 13 Ústí nad Labem

### 4. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

V souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek účastníků bude hodnocena v **části 1** v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ podle níže uvedených kritérií.

Postup hodnocení:

Popis a váhování kritérií

Označení kritéria	Kritérium	Váha v %
EC	Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH	70
ET	Minimální doba provozu na náhradním zdroji elektrické energie v minutách	10
EF1	HFNO a aktivní zvlhčovač s ovládáním na hlavní obrazovce ventilátoru	10
EF2	Automatický systém pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s ovládáním z obrazovky ventilátoru	10

Škála hodnocení pro funkční kritéria

Kritérium	Škála pro hodnocení (body)	Objasnění k hodnocení kritéria
EF1	1; 100	1 bod = nelze ovládat z obrazovky ventilátoru 100 bodů = lze ovládat z obrazovky ventilátoru
EF2	1; 100	1 bod = nelze ovládat z obrazovky ventilátoru 100 bodů = lze ovládat z obrazovky



		ventilátoru
--	--	-------------

- Normalizace kritéria EC:

$$EC = \left( \frac{C_{min}}{C_i} \right) \cdot 100$$

- Normalizace kritéria ET:

$$ET = \left( \frac{ET_i}{ET_{max}} \right) \cdot 100$$

- Normalizace kritéria EF1:

$$EF1 = \left( \frac{EF1_i}{EF1_{max}} \right) \cdot 100$$

- Normalizace kritéria EF2:

$$EF2 = \left( \frac{EF2_i}{EF2_{max}} \right) \cdot 100$$

- Celkový počet bodů (E):

$$E = \frac{70 \cdot EC}{100} + \frac{10 \cdot ET}{100} + \frac{10 \cdot EF1}{100} + \frac{10 \cdot EF2}{100}$$

**Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem bodů.**

Vysvětlivky:

C<sub>min</sub> – nejnižší nabídková cena z celkových cen všech účastníků v této veřejné zakázce, kterou účastníci uvedou v příloze č. 6 (na listě pro část 1) této zadávací dokumentace, v sloupci označeném písmenem E, v řádku 28 (buňka E28 – nabídková cena celkem bez DPH)

C<sub>i</sub> – nabídková cena hodnocené nabídky, kterou je celková cena uvedena v příloze č. 6 (na listě pro část 1) této zadávací dokumentace, v sloupci označeném písmenem E, v řádku 28 (buňka E28 – nabídková cena celkem bez DPH)

ET<sub>max</sub> – nejvyšší nabízená minimální doba provozu na náhradním zdroji elektrické energie v minutách

ET<sub>i</sub> – minimální doba provozu na náhradním zdroji elektrické energie ventilátoru hodnocené nabídky v minutách

EF1<sub>max</sub> – nejvyšší bodový zisk v rámci kritéria EF1

EF1<sub>i</sub> – bodový zisk hodnocené nabídky v rámci kritéria EF1

EF2<sub>max</sub> – nejvyšší bodový zisk v rámci kritéria EF2

EF2<sub>i</sub> – bodový zisk hodnocené nabídky v rámci kritéria EF2

Ekonomická výhodnost bude v **části 2** této veřejné zakázky hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Zadavatel provede hodnocení v části 2 této veřejné zakázky tak, že seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené dle této zadávací dokumentace. V části 2 této veřejné zakázky bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

## 5. Podmínky pro podání nabídky

### 5.1 Podávání nabídek

Dodavatel je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>.

Zadavatel před podáním elektronické nabídky doporučuje seznámit se v dostatečném předstihu s podmínkami podání elektronické nabídky a provést test podání nabídky na [https://zakazky.kzcr.eu/test\\_index.html](https://zakazky.kzcr.eu/test_index.html).

Při technických problémech s elektronickým podáním nabídky je kontakt na techn. podporu dodavatele systému: tel. +420 538 702 719 [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz) (pracovní dny 9.00 -17.00 hod.).

## 5.2 Lhůta k podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> u veřejné zakázky, ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.

## 6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v souladu se ZZVZ v rozsahu dále uvedeném.

Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být dle § 48 odst. 2 ZZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

### 6.1 Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením dokladů uvedených v § 75 ZZVZ, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ. Pokud bude dodavatel prokazovat základní způsobilost čestným prohlášením, může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Pravost a stáří dokladů se řídí § 45 a § 86 ZZVZ.

### 6.2 Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ. Pokud bude dodavatel prokazovat profesní způsobilost čestným prohlášením, může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Pravost dokladů se řídí § 45 ZZVZ.

### 6.3 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením **minimálně 2 významných dodávek, jejichž předmětem plnění byly plicní ventilátory určené pro poskytovatele zdravotních služeb**, a které realizoval v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

V souladu s § 79 odst. 3 ZZVZ může dodavatel pro účely prokázání splnění technické kvalifikace předložit i významné dodávky se stejným předmětem plnění, které realizoval v době po zahájení tohoto zadávacího řízení do doby podání nabídky.

Zadavatelem požadovaný minimální rozsah plnění jednotlivé významné dodávky dle jednotlivých částí veřejné zakázky je:

- pro část 1 - Plicní ventilátory vyšší třídy: **5 000 000,00 Kč bez DPH**,
- pro část 2 - Plicní transportní ventilátory vyšší třídy: **1 000 000,00 Kč bez DPH**.

**Předložený seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:**

- identifikaci objednatele, tj. označení subjektu, pro který byla dodávka realizována;
- stručný popis realizované dodávky s uvedením jejich rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč);
- období, ve kterém byla dodávka realizována;



- jméno a kontakt na osobu, která může uvedené údaje potvrdit.

#### **6.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je dle § 83 odst. 1 ZZVZ oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby. Dodavatel je v takovém případě povinen postupovat dle § 83 ZZVZ.

#### **6.5 Změny v kvalifikaci**

Dojde-li od předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci, v průběhu zadávacího řízení, k takové změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je účastník zadávacího řízení povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny zadavateli předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil uvedenou povinnost.

### **7. Podmínky pro jednotné zpracování nabídky**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel připouští katalogy, prospekty a jiný podpůrný materiál technické povahy v anglickém jazyce.

Nabídka bude zpracována v následující struktuře:

- Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace), na kterém budou uvedeny identifikační údaje dodavatele (název dodavatele, sídlo dodavatele, právní forma, IČO, DIČ), kontaktní osoba dodavatele (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail, případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a celková nabídková cena.
- Čestné prohlášení o tom, že závazný text kupní smlouvy dodavatel plně a bezvýhradně akceptuje.
- Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím.
- Doklady prokazující splnění základní způsobilosti.
- Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti.
- Doklady prokazující splnění technické kvalifikace.
- Specifikace nabízeného zboží dle požadavků zadavatele uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
- Ostatní doklady a dokumenty.

### **8. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude stanovena v české měně.

Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele související s plněním této veřejné zakázky.

Dodavatel doplní nabídkovou cenu do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, přičemž tato vzejde vyplněním přílohy č. 6 této zadávací dokumentace – dodavatel je povinen vyplnit žluté zvýrazněné buňky tabulky.

### **9. Zadávací lhůta**

Zadavatel ve smyslu § 40 ZZVZ stanovuje zadávací lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

Zadávací lhůta se shodně stanovuje pro obě části v rozsahu 180 dní.

Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

## 10. Jistota

Zadavatel v souvislosti se stanovením zadávací lhůty požaduje v souladu s § 41 ZZVZ, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši:

- pro část 1 - Plicní ventilátory vyšší třídy: **300 000,00 Kč**,
- pro část 2 - Plicní transportní ventilátory vyšší třídy: **65 000,00 Kč**.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

- složení peněžní částky na účet zadavatele,
- bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Údaje ke složení peněžní částky:

- číslo účtu zadavatele: 264384220/0300 (tento účet zadavatele není úročen),
- variabilní symbol: IČO účastníka.
- zadavatel upozorňuje, že peněžní částka musí být připsána na účet zadavatele nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

- sdělením údajů o provedení platbě, jde-li o peněžní jistotu, nebo
- předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek dle § 41 odst. 7 ZZVZ.

Zadavatel požaduje doložení dokladu banky nebo pojišťovny v originále nebo úředně ověřené kopii, tj. originál dokladu v elektronické podobě podepsaný zaručeným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za banku nebo pojišťovnu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo v konvertované podobě do datového souboru dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který bude současně prokazovat zajištění bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Uvolnění jistoty a výkon práva z poskytnuté jistoty se řídí § 41 ZZVZ.

## 11. Obchodní, platební a servisní podmínky

Veškeré obchodní, platební a servisní podmínky jsou uvedeny v obligatorním návrhu smlouvy (příloha č. 4a a 4b této zadávací dokumentace).

Dodavatel **nepředkládá** do nabídky návrh kupní smlouvy. Závazný text kupní smlouvy bude vyplněn až před uzavřením kupní smlouvy, dle jednotlivé části veřejné zakázky, vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny veškeré chybějící údaje (zejména identifikace dodavatele, nabídková cena, jméno kontaktní osoby apod.).

Dodavatel je však povinen v rámci své nabídky učinit **čestné prohlášení** (příloha č. 3 této zadávací dokumentace) o tom, že závazný text kupní smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje.

## 12. Další podmínky veřejné zakázky

- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se řídí § 211 ZZVZ.
- Uzavření smlouvy, jakožto postup následující po výběru dodavatele, musí probíhat elektronicky. Smlouvu je nutné uzavřít pomocí zaručených elektronických podpisů.
- Dodavatelům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.
- Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru dodavatele si ověřit, popřípadě upřesnit



- informace uvedené dodavatelem v nabídce.
- Povinnost vybraného dodavatele spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
  - Zadavatel nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
  - Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
  - Zadavatel může veřejnou zakázku zrušit v souladu s § 127 ZZVZ.

### 13. Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 98 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.


Změna nebo doplnění zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 99 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní informaci o změně nebo doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

### 14. Přílohy zadávací dokumentace

číslo přílohy	název přílohy
Příloha č. 1	Krycí list
Příloha č. 2a	Technická specifikace, část 1
Příloha č. 2b	Technická specifikace, část 2
Příloha č. 3	Vzor – Čestné prohlášení
Příloha č. 4a	Obligaturní návrh smlouvy, část 1
Příloha č. 4b	Obligaturní návrh smlouvy, část 2
Příloha č. 5	Seznam referencí
Příloha č. 6	Rozklad nabídkové ceny
Příloha č. 7	Vzor čestného prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím
Příloha č. 8	Dezinfekční program

Přílohy zadávací dokumentace v elektronické podobě jsou zveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> u příslušné zakázky.

V Ústí nad Labem dne: 03-06-2024



MUDr. Jiří Laštůvka

MUDr. Taťána Soharová  
generální ředitelka