



Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Dodávka zdravotnických přístrojů – 2016

Dotaz č. 1 – přesné znění dotazu

Bude zadavatel akceptovat nabídku ultrazvukového přístroje s obrazovou frekvencí 405 obr/s ?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na tech.specifikaci. Požadovaná frekvence min. 500 obr./s je v dnešní době standardem a většina výrobců ji splní.

06


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25438627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

