

Název veřejné zakázky: **Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. - Část 2 - Parní sterilizátory**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3906/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Přijme zadavatel nabídku na zařízení, které neobsahuje následující funkce?


- 12palcový ovládací panel. Naše zařízení má maximálně 10palcový ovládací panel.
- Bude zadavatel akceptovat zařízení bez ranního zapnutí, předehřevu a vakuové zkoušky. Naše zařízení je v tomto manuální. To znamená, že obsluha musí proces spustit, neprovádí se automaticky.
- Bude zadavatel akceptovat zařízení, které nemá funkci průběžného monitorování přítomnosti vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře během každého sterilizačního programu?

Tyto otázky se týkají obou typů zařízení v příslušné části nabídky týkající se parních sterilizátorů.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na požadavcích, které uvádí ve své technické specifikaci a nepřipouští ani jednu z nabízených variant.

V Ústí nad Labem dne: 10 -06- 2024


.....
Ing. Gabriela Růžičková
Vedoucí odboru veřejných zakázek